



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

dne: 6. 3. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Dodávka termo cyklerů**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-007178**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Dobrý den,
tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „PřF/UPOL – Dodávka termo cyklerů“ – část 1 - zveřejněné v elektronickém nástroji EZAK pod číslem: P19V00000302 dne: 25.2.2020.

Prosíme o zodpovězení následující otázky: Otázka 1: V technické specifikaci je uvedena maximální rychlost ohřevu 4 °C/s. Byl by přijatelný i přístroj, který má maximální rychlost ohřevu 3,4 °C? Rozdíl se nám zdá minimální.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky