



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

V Olomouci dne 09. 03. 2020

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**Stereomikroskop s kamerou a softwarem pro PŘF UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-006215**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

*Zadavatel uvádí v popisu
tubus: binokulární*

protože se jedná o "Stereomikroskop s kamerou a softwarem"

Předpokládáme ze se jedná jen o technickou nepřesnost a zadavatel požaduje trinokulární tubus, tak aby slo nejen pozorovat ale i připojit k mikroskopu kameru dle specifikace

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace (Stereomikroskop) takto:

Požadavek na „tubus: binokulární“ se mění tak, že nově zní „tubus: **trinokulární**“.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **02. 04. 2020 v 09:00 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky