



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 012/PJ/OVZ/2020

dne: 11. 03. 2020

Věc: vysvětlení č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/ITI - Přístroj na fyzisorpci a charakterizaci povrchů nanočástic**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-007822**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), sdělujeme následující vysvětlení:

Dotaz:

Ve specifikaci je uveden mezní tlak turbomolekulární vývěvy 5×10^{-8} Pa. Chtěl bych se ujistit, že jsou správně uvedeny jednotky, protože dále ve specifikaci se používají jednotky Torr. Je u mezního tlaku turbomolekulární vývěvy uvedena jednotka Pa správně, nemá tam být Torr?

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a konstatuje, že jednotky jsou uvedeny správně.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky