



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 013/PJ/OVZ/2020

dne: 16. 03. 2020

Věc: vysvětlení č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/ITI - Přístroj na fyzisorpci a charakterizaci povrchů nanočástic**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-007822**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), sdělujeme následující vysvětlení:

Dotaz:

Specifikaci odplyňovací stanice je možné splnit bez softwarového ovládání odplyňovací stanice, ale u sw je uveden požadavek na možnost ovládání odplyňovací stanice. Je akceptovatelná odplyňovací stanice bez softwarového ovládání?

Odpověď:

Odplyňovací stanice bez SW ovládání není akceptovatelná. Zadavatel trvá na dodržení stanovených technických parametrů.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky