



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č. j. 16/PS/OVZ/2020
V Olomouci dne 17. 3. 2020

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Stolní chlazená centrifuga se dvěma rotory**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-008564**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Jedním z požadavků na centrifugu je i nestandardní požadavek na maximální hloubku centrifugační komory – 29 cm.

Jedná se o diskriminační parametr, který funkčnost a účel centrifugy nijak neovlivní, ale bezdůvodně omezí okruh dodavatelů.

Žádám zadavatele, aby požadavek na max. hloubku centrifugační komory zrušil.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

Dále mám dotaz požadavkům na rotor 2:

a) Bude zadavatel akceptovat rotor s parametry 12 000 RPM a 14 490 RCF?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3

b) Požadavek na úhel sklonu tohoto rotoru 45 stupňů je diskriminační a nemá vliv na samotnou centrifugaci. Žádám zadavatele, aby tento požadavek zrušil.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4

1. V ZD v rámci Technické specifikace předmětu zakázky uvádíte tyto požadavky na centrifugu:

hmotnost bez rotoru: max 80 kg

dotaz: Bude zadavatel akceptovat váhu centrifugy do 92kg? Jedná se o parametr, který neovlivňuje funkčnost centrifugy a nově navržená hodnota je v rozsahu běžných hodnot pro dané typy přístrojů. Stejně tak z hlediska instalace by váha vyšší o 12 kg neměla být omezujícím prvkem.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5

2. V ZD v rámci Technické specifikace předmětu zakázky uvádíte tyto požadavky rotor 2:

maximální rychlost min. 16 600 x g (11 000 otáček/min)

dotaz: Bude zadavatel akceptovat maximální rychlost min 15 000 x g (10 000 otáček/min), tedy typickou hodnotu pro většinu vysokootáčkových centrifug?

Odpověď:

Zadavatel znovu posoudil technické parametry požadované v zadávací dokumentaci s ohledem na své potřeby a nemůže vyhovět max. rychlosti min. 15 000 x g (10 000 otáček/min), ale jak vyplývá z dále uvedené odpovědi na dotaz č. 7, požadované technické parametry uvedené v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace se mění takto:

Požadavky na rotor 2:

- maximální rychlost min. 16 600 x g (11 000 otáček/min)

se mění tak, že nově zní

- maximální rychlost min. 16 500 x g (11 000 otáček/min)

Dotaz č. 6

1) Zadavatelem je v rámci minimálních technických parametrů požadováno: „výška s otevřeným víkem max. 80 cm“

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout také chlazenou centrifugu s touto nepatrnou odchylkou, a to výška centrifugy s otevřeným víkem max. 82,2 cm?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu č. 6 upravuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavky na centrifugu:

- musí umožňovat osazení úhlových rotorů s aerosol-těsným víkem, výška s otevřeným víkem max. 80 cm.

se mění tak, že nově zní

- musí umožňovat osazení úhlových rotorů s aerosol-těsným víkem, výška s otevřeným víkem **max. 85 cm.**

Dotaz č. 7

2) *Zadavatelem je v rámci minimálních technických parametrů požadováno u rotoru 2: „maximální rychlost min. 16 600 x g (11 000 otáček/min)“*

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout rotor 2 s maximální rychlostí 16 504 x g (11 000 otáček/min) při splnění všech ostatních požadovaných parametrů na tento rotor?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu č. 7 přehodnotil předmětný požadovaný technický parametr a upravuje tímto technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavky na rotor 2:

- maximální rychlost min. 16 600 x g (11 000 otáček/min)

se mění tak, že nově zní

- maximální rychlost **min. 16 500 x g (11 000 otáček/min)**

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 21. 4. 2020 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky