



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 020/PJ/OVZ/2020

dne: 19. 03. 2020

Věc: vysvětlení č. 3

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/ITI - Přístroj na fyzisorpci a charakterizaci povrchů nanočástic**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-007822**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), sdělujeme následující vysvětlení:

Dotaz:

Z technické specifikace je vidět, že zadavatel si není vědom existence jiného konstrukčního řešení požadovaného přístroje než mít všechny funkce v jednom přístroji (měření mikropórů a sorpce par na třech stanicích spouštěných a temperovaných zároveň). Námi nabízené nové řešení by zahrnovalo dva přístroje s vyšší flexibilitou měření v podobě zcela nezávislých měřících stanic. Konkrétně se to týká následujícího bodu:

„K přístroji je možné připojit zdroj par pracovních plynů pro analýzy adsorpčních a desorpčních izoterem. Zdroj par je součástí dodávky.“

Tento požadavek dokážeme splnit, ale s využitím druhého přístroje pro sorpci par (maximálně 1 až 2 stanice sorpce par). Dále tato formulace neuvádí, kolik měřících stanic pro páry má být součástí dodávky, případně s jakými parami se bude pracovat (rozhoduje to o vybraném materiálu těsnění). Naše řešení nezávislých pracovních stanic dává větší propustnost pro vzorky, což může nahradit třetí chybějící stanici sorpce par (počet stanic pro sorpci plynů bude splněn).

Dotaz:

Připouštíte i jiné konstrukční řešení? A pokud ano, tak kolik je minimum zcela nezávislých měřících stanic pro sorpci par?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení stanovených technických parametrů.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky