



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č. j. 17/PS/OVZ/2020
V Olomouci dne 19. 3. 2020

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF UPOL – Spektrofluorimetr**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-007179**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

*k této VZ mám následující dotaz a to vzhledem k uvedené maximální ceně přístroje.
Je požadována nastavitelná štěrbinová v rozsahu 1 – 20 nm na excitační i emisní straně. Je možné nabídnout přístroj s nastavitelnou štěrbinou 1 – 20 nm na emisní straně a 1,5 – 20 nm na excitační straně?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavek

- nastavitelná štěrbinová 1 – 20 nm na excitační i emisní straně,

se mění tak, že nově zní

- nastavitelná štěrbinová 1,5 – 20 nm na excitační straně, 1 – 20 nm na emisní straně,

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 22. 4. 2020 v 09:00 hodin.



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky