



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č. j. 024/PS/OVZ/2020
V Olomouci dne 14. 4. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL - Horizontální autokláv s modulem rychlého chlazení**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-011251**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Jedním z požadovaných parametrů horizontálního autoklávu je, že přístroj musí mít zabudovaný zásobník na demi-vodu.

Je možné tento požadavek splnit připojením na externí zásobní demi vody? Vzhledem k reálně velmi nízké spotřebě demivody je možné jako její zdroj použít barel nebo kanystr s demi vodou. Bude nabídka tohoto řešení akceptována?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky