



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého  
v Olomouci

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 2. část veřejné zakázky

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

**veřejná zakázka na dodávky**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-007178  
Číslo oznámení TED: 2020/S 042-098657  
Datum zahájení zadávacího řízení: 25. 02. 2020  
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 28. 02. 2020

Název veřejné zakázky:

**„PřF/UPOL – Dodávka termo cyklerů“**

**ZADAVATEL:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:  
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona  
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na  
veřejnou zakázku**

### **OZNAČENÍ ZADAVATELE**

#### **Univerzita Palackého v Olomouci**

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:  
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592

### **PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů malých termo cyklérů pro praktická cvičení určená ke studiu analýzy DNA, RNA a exprese genů a jednoho kusu gradientového termocykleru se dvěma bloky, pro detekci genů pomocí PCR pro přesnou genotypizaci rostlinného materiálu, to vše dle technické specifikace uvedené v bodě 2.2 Zadávací dokumentace, včetně jejich instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytování záručního servisu.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.

**Název 2. části veřejné zakázky: „Gradientový termocykler se dvěma bloky“**

### **KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Název	CPV
Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR)	38950000-9

### **CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ na 2. část veřejné zakázky**

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona  
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona  
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník	Datum a čas podání nabídky	
1.	<b>Bio-Rad spol. s r.o.</b> Pikrtova 1737/1a 140 00 Praha 4 - Nusle IČO: 49243764 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	28.03.2020	17:13:43
2.	<b>KRD-obchodní společnost s.r.o.</b> Pekařská 603/12 150 00 Praha 5 - Jinonice IČO: 26424991 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	29.03.2020	14:52:43

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona  
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

- 1) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **Bio-Rad spol. s r.o.**, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 49243764, Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z 2. části výše uvedené veřejné zakázky.

**Odůvodnění:**

*V rámci technické specifikace k veřejné zakázce, která je součástí zadávací dokumentace a je uvedena v bodě 2.2 zadávací dokumentace, je jako jeden z parametrů pro 2. část veřejné zakázky – gradientový termocyklér se dvěma bloky, požadováno následující:*

*- rychlý náběh teplot min. 5 °C /s.*

*Komise jmenovaná zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci kontroly nabídky Účastníka zjistila, že jím nabízené plnění, zařízení označené jako C1000 Touch with 2x48 well block, disponuje maximální rychlostí ohřevu v hodnotě 4 °C/s.*

*Tato hodnota nespĺňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci pro část 2. veřejné zakázky.*

Zadavatel na základě této skutečnosti vyloučil Účastníka z další účasti v 2. části veřejné zakázky, a to na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, kdy jeho nabídka nespĺňuje zadávací podmínky.



- 2) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **KRD-obchodní společnost s.r.o.**, se sídlem Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 26424991, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z 2. části výše uvedené veřejné zakázky.

### **Odůvodnění:**

Komise v rámci posouzení nabídek vyzvala dne 21. 4. 2020 Účastníka v souladu s § 46 odst. 1 Zákona k objasnění a doplnění údajů obsažených v jeho nabídce na část 2. veřejné zakázky s názvem „Gradientový termocykler se dvěma bloky“.

Ve výzvě komise požadovala objasnění následujících skutečností:

a) *Zadavatel v čl. 2.2 zadávací dokumentace stanovil mj. požadavek, aby přístroj umožnil použití 0,2 ml mikrozkušavek samostatně, ve stripech a v jedné 96 jamkové destičce . Komisi není zřejmé z Vaší nabídky, že výše uvedený požadavek je dodržen. Komise žádá o objasnění.*

b) *Ve Vaší nabídce na 2. část VZ uvádíte, že nabízíte přístroj GE-48DS. Z dostupných zdrojů a informací komise konstatuje, že se domnívá, že existuje přístroj GE-48D, nikoliv však GE-48DS. Vysvětlíte.*

c) *Zadavatel v čl. 2.2 zadávací dokumentace stanovil mj. požadavek, aby přístroj byl "dual-blokový" pro 2 x 48 zkumavek. Komise se domnívá, že tento požadavek splněn není a žádá o objasnění nabídky. Dále komise žádá o informaci, zda přístroj umožňuje provedení gradientové PCR a v jakém rozsahu teplot, a je-li možné spustit gradientovou PCR v obou blocích současně za různých podmínek.*

d) *komise žádá o sdělení, kolik USB portů je obsaženo v samotném přístroji.*

e) *Komise požaduje upřesnit od kterých dalších výrobců, než výrobce uvedeného v nabídce, lze u tohoto přístroje spotřební plastik použít.*

Za tímto účelem byla Účastníkovi stanovena přiměřená lhůta k předložení jeho vyjádření, a to do 28. 4. 2020. Avšak ani po uplynutí této lhůty nepředložil Účastník své vyjádření.

Zadavatel na základě této skutečnosti vyloučil Účastníka z další účasti v 2. části veřejné zakázky, a to na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) Zákona, pro neobjasnění a nedoplnění údajů ve stanovené lhůtě na základě žádosti dle § 46 odst. 1 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona  
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Smlouva nebyla uzavřena

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona  
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Není relevantní.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona  
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona  
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona  
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona  
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadavatel zrušil zadávací řízení na 2. část výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 1 Zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona  
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Zadavatel umožnil podání nabídek pouze elektronicky.



**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona**  
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona**  
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na dvě samostatné části.

**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona**  
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne 24.5.2020

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI  
rektorát  
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor UP v Olomouci

Handwritten signature and date: 24.5.2020