



## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

---

č.j.: 064-B/PJ/OVZ/2020

dne: 30. 06. 2020

### **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/SLO - Laditelná laserová sestava pro generaci fs pulzů**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-020051**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**V návaznosti na změnu zadávací dokumentace č. 2 č.j. 064/PJ/OVZ/2020 ze dne 30.06.2020, zadavatel doplňuje informace v rámci zodpovězení dotazu, tímto vysvětlením:**

Zadávací dokumentace požaduje systém, který se skládá ze tří samostatně činných jednotek. Jinými slovy, například, generátor druhé harmonické frekvence musí být schopen automatizovaného nastavení výkonu při změně vlnové délky oscilátoru např. nastavením relevantní hodnoty v řídicím software SHG jednotky, či v jiném ovládacím rozhraní. K přeladění jednotky může dojít rovněž automaticky v důsledku vlastní změny vlnové délky oscilátoru díky komunikaci mezi oběma zařízeními. Možnost ručního nastavení požadované hodnoty však musí v tomto případě zůstat zachována. Jednotky SHG a THG musí být v principu schopny samostatného provozu i s jiným laserovým oscilátorem obdobných parametrů jako oscilátor, který bude součástí dodávky. U všech jednotek systému se předpokládá motorizované ladění parametrů.

---

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky