



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 075/PJ/OVZ/2020

dne: 23. 07. 2020

Věc: Změna zadávací dokumentace č.1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/SLO - Laserový femtosekundový zesilovač**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-024122**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz:

V bodu 2.2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedeno, že požadované technické parametry musí být nezávislé na nastavené opakovací frekvenci, tj. platit v celém frekvenčním rozsahu. Výjimku tvoří parametr označený pomocí indexu 1 (energie v impulzu), kde je splnění technických požadavků povoleno i na omezené podmnožině dostupných opakovacích frekvencí. Rozsah této podmnožiny ale zadán není.

Odpověď:

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené pro vyloučení možnosti jakékoliv nejasnosti výkladu požadovaných parametrů, zadavatel následující text uvedený v čl. 2.2. zadávací dokumentace:

Pozn.: Požadované technické parametry musí být nezávislé na nastavené opakovací frekvenci, tj. platit v celém frekvenčním rozsahu. Výjimku tvoří parametr označený pomocí indexu 1, kde je splnění technických požadavků povoleno i na omezené podmnožině dostupných opakovacích frekvencí.

Nahrazuje textem:

"Pozn.: Požadované technické parametry musí být nezávislé na nastavené opakovací frekvenci, tj. platit v celém frekvenčním rozsahu. Výjimku tvoří parametr označený pomocí indexu 1, kde je splnění technických požadavků povoleno i na omezené podmnožině dostupných opakovacích frekvencí (nejméně v intervalu 1 Hz - 1 kHz)."



Dotaz:

Akceptuje tedy zadavatel, když energie v impulsu bude $> 2 \text{ mJ}$ v rozsahu opakovacích frekvencí 1 Hz až 50 kHz ?

Odpověď:

Při splnění všech ostatních podmínek zadávací dokumentace je takový systém akceptovatelný.

Dotaz:

Může zadavatel sdělit, jaký střední výstupní výkon požaduje ? Třeba na příkladu konkrétního laseru, který je na trhu ?

Odpověď:

Minimální hodnotu středního výkonu zadavatel nespecifikuje, podstatné je splnění podmínky na energii v impulsu. Zadavatel neuvádí příklad konkrétního laseru na trhu v zájmu zachování objektivy a transparentnosti veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. srpna 2020, 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004041>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky