



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 082/PJ/OVZ/2020

dne: 20. 08. 2020

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/SLO - Laserový femtosekundový zesilovač**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-024122**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

a) V reakci na dotaz k zadávací dokumentaci zadavatel upřesnil text uvedený v čl. 2.2 zadávací dokumentace „Změnou zadávací dokumentace č. 1“ publikovanou 23.7.2020, kde specifikuje podmnožinu opakovacích frekvencí, ve které zadavatel požaduje splnění technického parametru označeného indexem 1 (energie v impulzu >2 mJ). Specifikace frekvenčního rozsahu je ve „Změně zadávací dokumentace č. 1“ uvedena chybně, a to administrativním nedopatřením. Místo intervalu 1 Hz - 1 kHz má být správně uvedeno 1 Hz - 10 kHz. Celý nahrazovaný text tak nově zní takto:

"Pozn.: Požadované technické parametry musí být nezávislé na nastavené opakovací frekvenci, tj. platit v celém frekvenčním rozsahu. Výjimku tvoří parametr označený pomocí indexu 1, kde je splnění technických požadavků povoleno i na omezené podmnožině dostupných opakovacích frekvencí (nejméně však v intervalu **1 Hz - 10 kHz**)."

b) Dále zadavatel upřesňuje poslední větu prvního odstavce v části 2.1 zadávací dokumentace:

"Další požadovanou součástí dodávky je měřicí systém (detektor, či soustava detektorů) pro měření energie impulzů nebo výkonu ve všech režimech, v nichž lze laserový systém provozovat, tj. zejména při různých opakovacích frekvencích."

kterou nahrazuje textem:



"Další požadovanou součástí dodávky je měřicí systém (detektor, či soustava detektorů) pro přímé měření energie každého impulsu v intervalu opakovacích frekvencí nejméně 1 Hz – 10 kHz, doplněný měřičem středního výkonu pro zbylý rozsah opakovacích frekvencí. Měřicí systém musí umožňovat měření jak základní tak i všech harmonických frekvencí."

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. září 2020, 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004041>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky