



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 129/PV/OVZ/2020

V Olomouci dne 26. 10. 2020

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FZV/UPOL – Dodávka plicního ventilátoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-034789**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

*Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s hmotností přístroje 4,9kg včetně baterie?
Všechny ostatní požadované parametry budou dodrženy a zůstane tak zachován zamýšlený medicínský účel použití přístroje.*

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavek na „hmotnost přístroje max. 4,5 kg včetně baterií“ se mění tak, že nově zní „**hmotnost přístroje max. 5 kg včetně baterií**“.

Dotaz č. 2:

*Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj bez VGA výstupu?
Všechny ostatní požadované parametry budou dodrženy a zůstane tak zachován zamýšlený medicínský účel použití přístroje.*

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na své provozní potřeby trvá na stanovených technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

*Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj bez držáku přístroje na lůžko, jen s integrovaným sklápěcím úchopem pro přenos?
Všechny ostatní požadované parametry budou dodrženy a zůstane tak zachován zamýšlený medicínský účel použití přístroje.*

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedenou v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace takto:

Požadavek na „• držák patientského okruhu, držák přístroje na lůžko“ se mění tak, že nově zní „• držák patientského okruhu“.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj bez transportní brašny?

Všechny ostatní požadované parametry budou dodrženy a zůstane tak zachován zamýšlený medicínský účel použití přístroje.

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na své provozní potřeby trvá na stanovených technických parametrech uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **30. 11. 2020 v 09:00 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky