



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

Č.j.: 142/PV/OVZ/2020

V Olomouci dne 19. 11. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FZV/UPOL – Dodávka plicního ventilátoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2020-034789**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek VGA výstup pro připojení externího displeje

VGA výstup pro své limity není již v současné době podporován.

Umožní zadavatel nabídku jiného technického řešení přenosu obrazu pro výukové účely například pomocí simulátoru nebo video 4K video kamerou v reálném provozu?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek spuštění a chodu ventilátoru bez uživatelských testů.

Z medicínského hlediska plicní ventilátory patří do třídy IIb. Pro zajištění bezpečnosti se domníváme, že tento požadavek není správný a že před každým použitím přístroje musí být proveden test.

Odpověď:

Přístroj nebude používán k ventilaci reálných pacientů, pouze k simulační výuce studentů zdravotnického záchranářství a intenzivní péče. S ohledem na své provozní potřeby proto zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek provoz na interní baterii min 4,5 hodiny, hmotnost přístroje max. 4,5 kg včetně baterií, ve Vysvětlení č. 1 zadavatel uvádí hmotnost přístroje max 5 kg včetně baterií

S ohledem na to, že zadavatel požaduje pojízdný stativ, umožní zadavatel nabídku vlastního přístroje s hmotností do 7 kg se vším příslušenstvím a baterií s kapacitou 8 hodin?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek transportní brašna a základní pacientské příslušenství včetně masek pro neinvazivní ventilaci (NIV)

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče přístroje s třídou ochrany IP 44, kde vlastní kryt přístroje je koncipován pro přenos stejně jako brašna a tudíž další transportní brašna pro ochranu není nutná?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci

Dotaz č. 5:

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel nepožaduje žádnou další funkci běžnou u plicních ventilátorů jako například: nebulizace léků, aktivní zvlhčování směsí, vysokoprůtoková kyslíková terapie (HFO2 therapy), ani neurčuje technologii snímání CO2, nasal CPAP apod.

Domníváme se, že účely vzdělávání by požadovaný typ ventilátoru měl všechny tyto funkce obsahovat.

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil minimální technické požadavky, které musí požadovaný přístroj splnit. Není v rozporu se zadávací dokumentací, pokud ventilátor umožňuje i další funkce.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky