



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 150/PJ/OVZ/2020

dne: 16. 12. 2020

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/ÚMTM - Obnovení konfokálního mikroskopovacího zařízení integrovaného do robotické platformy**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-039256**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Požadavek Objektiv s vodní imerzí pro fluorescenci se zvětšením 40x, s minimální NA=1.1. Dodáváme objektiv s NA = 1,0. Může to být akceptováno ?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto uvádí, že záměrem bylo od počátku nastavit hodnotu u tohoto parametru na NA = 1,0.

V čl. 2.2.1 v české verzi zadávací dokumentace je tento parametr proto uveden správně:

- Objektiv s vodní imerzí pro fluorescenci se zvětšením 40x (přípustná tolerance zvětšení objektivu je +-20%), s minimální NA=1 (**parametr NA - hodnotící parametr**)

Zadavatel tímto dává do souladu ostatní části zadávací dokumentace takto:

- a) V čl. 10 (Pravidla pro hodnocení nabídek) české verze zadávací dokumentace se nahrazuje v tabulce subkritérií č. 2 následující text u bodu č. 15:

Objektiv pro fluorescenci využívající vodní imerzi se zvětšením 40x (+-20%), s minimální NA=1.1, přičemž hodnota NA bude bodově hodnocena.

textem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*Objektiv pro fluorescenci využívající vodní imerzi se zvětšením 40x (+-20%), s minimální NA=**1.0**, přičemž hodnota NA bude bodově hodnocena.*

b) V anglické verzi zadávací dokumentace

BA) V čl. 2.2.1 se nahrazuje následující text:

- Objective lenses optimized for fluorescence 40x (permissible lens magnification tolerance is + -20 %) with minimum NA=1.1 water immersion (**evaluation parameter**)

Textem:

- Objective lenses optimized for fluorescence 40x (permissible lens magnification tolerance is + -20 %) with minimum NA=**1.0** water immersion (**evaluation parameter**)

BB) V čl. 10 (Pravidla pro hodnocení nabídek) se nahrazuje v tabulce subkritérií č. 2 následující text u bodu č. 15:

Objective lenses optimized for fluorescence 40x (+-20 %)with minimum NA=1.1 water immersion, NA value will be evaluated

textem

Objective lenses optimized for fluorescence 40x (+-20 %)with minimum NA=**1.0** water immersion, NA value will be evaluated

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **19. ledna 2021 v 09:00 hodin.**



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004112>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky