



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 002/PJ/OVZ/2021

dne: 05. 01. 2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FF/UPOL – Ramanův mikroskop**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-044302**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje minimální spektrální rozsah 3500 – 90 cm⁻¹ pro laser ve viditelné oblasti – „450 až 460 nm - modrý“.

Dotaz: Rádi bychom se zadavatele dotázali, zda připouští pro laser ve viditelné oblasti 450 – 460 nm spektrální rozsah 3500 – 100 cm⁻¹?

Odpověď:

Zadavatel nepřipouští zvýšení dolní hranice spektrálního rozsahu pro excitační laser 450-460 nm – modrý z důvodu nutnosti zajištění univerzálnosti použití systému pro různorodé vzorky přírodního nebo syntetického původu, t.j. i různé materiály anorganického původu, u kterých měření při nízkých vlnočtech můžou poskytnout rozhodující informaci o uspořádání nebo vnitřní struktuře vzorku. Zadavatel tedy trvá na stanovených technických parametrech.

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje zabudovaný měřič výkonu excitačních laserů na vzorku (přesnost: v desetínách mW).



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz: Námi nabízený systém standardně neobsahuje zabudovaný měřič výkonu excitačních laserů. Připouští zadavatel dodání systému s externě připojeným měřičem výkonu splňující požadavky na přesnost měřiče?

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech, tj. na zabudovaném měřiči výkonu excitačních laserů na vzorku (přesnost: v desetínách mW).

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky