



**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ**

č.j.: 011/PJ/OVZ/2021

dne: 21.01.2021

**Věc: Změna zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-046414**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

**Dotaz c. 1:**

2. část veřejné zakázky:

Položka č.1.

Zadavatel požaduje enterokinasu s těmito specifikacemi: balení obsahuje alespoň 2500 U, kdy jedna katalytická jednotka za optimálních podmínek naštěpí z 95% 25 µg proteinu za 16 hodin. Bude akceptována také enterokinasa s těmito specifikacemi: velikost balení 1000 U. Jedna jednotka je množství enzymu potřebné k naštěpení 20 µg thiorodoxin-CAT fúzního proteinu na 90% dokončení za 16 hodin při 37 ° C. Jedna jednotka odpovídá ~ 190 aktivacím jednotkám trypsinogenu.

**Odpověď:**

Zadavatel v původní specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace u položky č. 1 druhé části veřejné zakázky nahrazuje následující text:

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Proteolytický enzym<br>enterokinasa | Enzym enterokinasa specificky štěpí<br>za lysinem v sekvenci Asp-Asp-Asp-<br>Asp-Lys; jedno balení obsahuje<br>alespoň 2500 U, kdy jedna katalytická<br>jednotka za optimálních podmínek<br>naštěpí z 95% 25 µg proteinu za 16<br>hodin; | 2 ks |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|



textem:

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |      |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Proteolytický enzym enterokinasa | Enzym enterokinasa specificky štěpí za lysinem v sekvenci Asp-Asp-Asp-Asp-Lys; jedno balení obsahuje min. 1000 U, kdy jedna katalytická jednotka za optimálních podmínek naštěpí min. 20 µg proteinu za 16 hodin; | 5 ks |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Dotaz č. 2:**

3. část veřejné zakázky:

**a) Položka č.3.**

Zadavatel požaduje elektrodový pufr s těmito parametry: alespoň 20x koncentrovaný roztok pro přípravu min. 100 litrů elektrodového pufru.

Nevyskytla se v dokumentaci administrativní chyba a není požadován pufr pro přípravu min. 10 l? Pokud by zadavatel požadoval roztok pro přípravu 100 l, byla by výsledná cena celé zakázky téměř 2x vyšší než maximální přípustná cena. Můžeme nabídnout 20x koncentrovaný roztok o objemu 500 ml, pro přípravu 1l 1x pufru je potřeba 50 ml 20x koncentrovaného roztoku. Z jednoho 500 ml balení se připraví 10 l 1x elektrodového pufru. Druhé balení, které můžeme nabídnout má objem 5 l. Z tohoto balení se připraví 100 l 1x elektrodového pufru, ale cena je pochopitelně mnohonásobně vyšší.

**b) Položka č.13.**

Zadavatel požaduje koncentraci protilátky 0,5 mg/ml.

Bude akceptována protilátka s koncentrací 1 mg/ml?

**Odpověď:**

Ad a) Ano, skutečně se jedná o překlep, stejný překlep je u položky č. 4. Zadavatel v původní specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace u položky č. 3 a 4 třetí části veřejné zakázky nahrazuje následující text:



|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | Elektrodotový pufr pro SDS-PAGE | Elektrodotový pufr založený na pufru MES (2-Morpholinoethansulfonové kyseliny), pH=7,3; kompatibilní s Bis-Tris polyakrylamidovými gely, alespoň 20x koncentrovaný roztok pro přípravu min. 100 litrů elektrodotového pufru                  | 6 balení |
| 4 | Elektrodotový pufr pro SDS-PAGE | Elektrodotový pufr založený na pufru MOPS (3-(N-morfolino)propansulfonová kyseliny), pH=7,7; kompatibilní s Bis-Tris polyakrylamidovými gely, alespoň 20x koncentrovaný roztok pro přípravu min. 100 litrů elektrodotového pufru na 1 balení | 4 balení |

Textem:

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | Elektrodotový pufr pro SDS-PAGE | Elektrodotový pufr založený na pufru MES (2-Morpholinoethansulfonové kyseliny), pH=7,3; kompatibilní s Bis-Tris polyakrylamidovými gely, alespoň 20x koncentrovaný roztok pro přípravu min. 10 litrů elektrodotového pufru                  | 6 balení |
| 4 | Elektrodotový pufr pro SDS-PAGE | Elektrodotový pufr založený na pufru MOPS (3-(N-morfolino)propansulfonová kyseliny), pH=7,7; kompatibilní s Bis-Tris polyakrylamidovými gely, alespoň 20x koncentrovaný roztok pro přípravu min. 10 litrů elektrodotového pufru na 1 balení | 4 balení |



**Ad b)** Zadavatel v původní specifikaci uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace u položky č. 13 třetí části veřejné zakázky nahrazuje následující text:

|    |                          |                                                                                                                      |        |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13 | Protilátka proti His-tag | Myší monoklonální protilátka určená pro detekci 6x His tagu pomocí Western blotu, klon HIS.H8; koncentrace 0,5 mg/ml | 100 µg |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Textem:

|    |                          |                                                                                                                                |        |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13 | Protilátka proti His-tag | Myší monoklonální protilátka určená pro detekci 6x His tagu pomocí Western blotu, klon HIS.H8; koncentrace <b>min. 1 mg/ml</b> | 100 µg |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

Zadavatel tímto jako přílohu této změny předkládá nové, úplné znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

#### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami**

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. února 2021 v 09:00 hodin.**



Univerzita Palackého  
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Genius loci...

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004184>.**

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky