



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 046/PJ/OVZ/2021

dne: 18.05.2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH/2021 – Dodávka rozpouštěděl**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2021-016021**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz c. 1:

Položka č. 3. Methanol hypergrade (pro LC-MS) K: ≤ 5 ppb, Na: ≤ 100 ppb, Transmittance (210 nm) ≥ 35 %: Je pro zadavatele akceptovatelná kvalita, kde obsah K ≤ 10 ppb a absorbance (210 nm) $\leq 0,5$?

Položka č. 5. Acetonitril hypergrade (pro LC-MS) Al: ≤ 10 ppb, Ca: ≤ 10 ppb, Fe: ≤ 10 ppb, K: ≤ 5 ppb, Na: ≤ 50 ppb: Je pro zadavatele akceptovatelná kvalita, kde obsah K ≤ 10 ppb?

Položka č. 14. Hexan pro LC-MS, 2500 ml: Je pro zadavatele akceptovatelné n-Hexane, 95%, Optima™, for HPLC and GC-MS v balení 1000 ml?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených minimálních technických parametrech.

Dotaz c. 2:

Položka č. 16. Dimethylformamid, min. 99.9, voda max. 0.03, 1x250 ml: Uvádíte, že lze nabídnout jiné balení, ale musí být dodrženo celkové požadované množství. Tuto položku můžeme nabídnout v balení 3x100 ml nebo 500 ml, přičemž ani v jednom případě nebude dodrženo celkové množství 250 ml. Je možné nabídnout některou z našich možností?

Odpověď:

Zadavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace uvádí: „balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.“ Z toho plyne, že Dodavatel musí dodat požadované minimální celkové množství, je možná ale kombinace různých balení apod.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky