



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

Č.j.: 056/PV/OVZ/2021

V Olomouci dne 28. 06. 2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/ÚMTM - PET/MRI/CT pro malá laboratorní zvířata**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2021-021983**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V Pravidlech pro hodnocení nabídek uvádíte:

Subkritéria pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2

	Technický parametr	Max. hodnotitelná hodnota	Maximální bodové ohodnocení
S4	MRI: velikost magnetické indukce hlavního magnetického pole > 3T	9.4T	10

Dotaz: Bude zadavatel bodově zohledňovat i konstrukci magnetu? Např., bude bodově stejně ohodnocen 7T magnet s technologií “cryocooled” i 7T magnet s technologií “cryogen-free” ?

Odpověď:

Zadavatel v rámci tohoto subkritéria S4 v dílčím hodnotícím kritériu č. 2 bude hodnotit pouze nabízenou velikost magnetické indukce hlavního magnetického pole, jak je vymezeno v čl. 10 zadávací dokumentace. Konstrukce magnetu tedy v rámci hodnocení zohledňována nebude.

Dotaz č. 2:

V odstavci Záruka za jakost a servis uvádíte:

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců,

Dotaz: Bude zadavatel bodově zohledňovat záruku delší než 24 měsíců? Např. 36 nebo 48 měsíců?

Odpověď:

Zadavatel v rámci hodnocení nebude zohledňovat dobu záruky. Veškerá hodnotící kritéria jsou taxativně vymezena v čl. 10 zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky