



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 114/PV/OVZ/2021

V Olomouci dne 09. 12. 2021

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH – Laboratorní plasty**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2021-041712**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel u položky č. 6 pro 1. část zakázky požaduje sterilitu a další velmi přísné požadavky na biologickou čistotu. Takto vysoké čistoty lze výrobně dosáhnout pouze balením špiček sterilně do autoklávovatelné krabičky (boxu). Při balení v sáčku rovněž nelze jakýmkoliv způsobem zachovat sterilitu a z důvodu nízké teplotní odolnosti polyethylenu, ze kterého jsou sáčky na špičky vyrobeny u většiny výrobců včetně Eppendorfu, není možné takové produkty autoklávovat. Špičky balené v boxu rovněž podléhají standartu balení 8 x 12, celkem tedy 96 špiček na krabičku, tímto se dosahuje kompatibility s 8-kanálovými a 12-kanálovými pipetami nejen u výrobce pipet Eppendorf, takto vyrobené krabičky se sterilními špičkami se pak balí po 10 krabičkách do kartonu a tvoří 1 balení. Dodavatelé nejsou schopni dodat jiné přesné množství než násobek 960, v jiné množstevní jednotce se špičky nevyrábí.

Bude zadavatel akceptovat špičky splňující všechny specifikace, avšak balené v krabičkách?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 1. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 6 pro 1. část veřejné zakázky se požadavek:

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; pCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. Sterilní, PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁶ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Autoklávatelná a balená v sáčku.	9000 ks (9 x 1000 ks)
---	--	---	-----------------------

mění tak, že nově zní:

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; PCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁶ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Autoklávatelná a balená v sáčku.	9000 ks (9 x 1000 ks)
---	--	---	-----------------------

Zadavatel na základě výše uvedené změny předkládá nové znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 06. 01. 2022 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky