



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 120/PV/OVZ/2021

V Olomouci dne 17. 12. 2021

Věc: Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH – Laboratorní plasty**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2021-041712**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

položka č. 6 – 1. část VZ

V dotaze č. 4 se uchazeč dotazoval, zda zadavatel přijme špičky balené v boxu s tím, že dodavatelé nejsou schopni dodat jiné přesné množství požadovaných špiček, než je násobek 960.

Zadavatel na základě tohoto dotazu uveřejnil vysvětlení, ve kterém mění technickou specifikaci, ale znění nebylo dostatečně změněno (na konci zůstalo „balené v sáčku“ místo „baleno v boxu“):

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; pCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. Sterilní, PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁶ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Autoklávovatelná a balená v sáčku.	9000 ks (9 x 1000 ks)
---	--	---	-----------------------

mění tak, že nově zní:

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; PCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁶ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednorázovými pipetami typu Eppendorf. Autoklárovatelná a balená v sáčku.	9000 ks (9 x 1000 ks)
---	---	---	-----------------------

Priloha c. 5 ZD_rev2 je identická s původní přílohou Priloha c. 5 ZD_rev1 – co se týká položky č. 6 – 1. část.

Nedošlo při zveřejnění Vysvětlení ZD k omylu? Současně se změnou formátu balení žádáme o úpravu požadovaného počtu ks (dělitelné 480 nebo 96).

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 1. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 6 pro 1. část veřejné zakázky se požadavek:

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; PCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁶ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednorázovými pipetami typu Eppendorf. Autoklárovatelná a balená v sáčku.	9000 ks (9 x 1000 ks)
---	---	---	-----------------------

mění tak, že nově zní:

6	Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru; PCR čistá	Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10 ⁻⁵ Kunitz units/µl), RNáz (<1x10 ⁻⁹ Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Vyrobená z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednorázovými pipetami typu Eppendorf. Autoklárovatelná. Balená v sáčku nebo boxu.	9600 ks
---	---	--	---------

Zadavatel na základě výše uvedené změny předkládá nové znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 28. 01. 2022 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky