



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

Č.j.: 010/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 25. 02. 2022

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Automatická růstová komora II**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-006491**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Můžeme nabídnout komoru s objemem 750 l – o 30l méně, než je v zadání. Bude zadavatel akceptovat tyto parametry?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Dále námi navrhovaná komora je osazena světly, které vykazují hodnotu CRI indexu cca 78. Bude zadavatel akceptovat tyto parametry?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky