



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

Č.j.: 011/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 04. 03. 2022

Věc: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PŘF/UPOL – Automatická růstová komora II**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-006491**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Rád bych se zeptal, jaká je požadovaná teplota barev pro LED osvětlení, nebo není specifikováno?

Odpověď:

V technické specifikaci v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace jsou zadavatelem uvedeny požadavky na osvětlení: Intenzita osvětlení nejméně 700 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ a CRI-Index minimálně hodnoty 95. Tyto hodnoty specifikují požadované osvětlení, z toho vyplývá, že požadované osvětlení bude co nejvíce odpovídat dennímu světlu.

Dotaz č. 2:

Dále je požadováno regulování vzdušné vlhkosti, má se za to, že vlhkost nasávaného vzduchu do komory je vždy nižší, než požadovaná? Nebo se požaduje i aktivní snižování vlhkosti přísávaného vzduchu z okolí?

Odpověď:

Růstová komora bude umístěna v klimatizované místnosti se stabilní vlhkostí 50 % $\pm$ 5 %. Zadavatel v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace požaduje, aby v růstové komoře, kde se budou pěstovat rostliny, byla přesná regulace relativní vlhkosti při zapnutém osvětlení s povolenou odchylkou max. $\pm$ 5 %. V růstové komoře je požadována při zapnutém osvětlení a teplotě 15 °C stabilní hladina relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při teplotě 30 °C a zapnutém osvětlení je požadována hladina relativní vzdušné vlhkosti 80 %.

Dotaz č. 3:

Rádi bychom se zeptali, zda bude zadavatel akceptovat vnější rozměr komory v hodnotách: 2100 x 1100 x 990 mm (tedy o 10 cm hlubší).

Věříme, že jde o drobnou změnu a nebude působit potíží v laboratoři zadavatele.

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **22. 03. 2022 v 09:00 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky