



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 017/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 30. 03. 2022

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/ITI/2022 – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-008708**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Část 1: Laboratorní sklo a plasty

Položka č. 1: Filtrační nástavec na standardní skleněné láhve s uzávěrem, kapacita 500 ml, velikost pórů 0,22 mikrometrů:

Jaký materiál filtru je požadován?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 1. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 1 pro 1. část veřejné zakázky se požadavek:

1	Filtrační nástavec na standardní skleněné láhve s uzávěrem, kapacita 500 ml, velikost pórů 0,22 mikrometrů	Filtry na jedno použití nasaditelné na skleněné láhve se šroubovacím uzávěrem, filtr 0,22 mikrometrů	21 ks
---	--	--	-------

mění tak, že nově zní:

1	Filtrační nástavec na standardní skleněné láhve s uzávěrem, kapacita 500 ml, velikost pórů 0,22 mikrometrů	Filtry na jedno použití nasaditelné na skleněné láhve se šroubovacím uzávěrem, filtr 0,22 mikrometrů, materiál PS	21 ks
---	--	--	-------

Dotaz č. 2:**Část 1: Laboratorní sklo a plasty****Položka č. 21: Zkumavka centrifugační, sterilní se šroubovacím víčkem:**

Bude zadavatel akceptovat zkumavku, která bude mít stupnici s graduací po 5 nebo 2,5 ml v případě, že všechny ostatní parametry budou splněny?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 1. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 21 pro 1. část veřejné zakázky se požadavek:

21	Zkumavka centrifugační, sterilní se šroubovacím víčkem	Typ-stojící, materiál PP, objem 50 ml, stupnice s gradací po 0,1 ml, respektive 0,5 ml, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek	300 ks
----	--	---	--------

mění tak, že nově zní:

21	Zkumavka centrifugační, sterilní se šroubovacím víčkem	Typ-stojící, materiál PP, objem 50 ml, stupnice s gradací po 2,5 ml, respektive 5 ml , bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek	300 ks
----	--	---	--------

Dotaz č. 3:**Část 2: Plasty pro molekulární biologii****Položka č. 4: Kultivační desky 6-ti jamkové:**

V zadávací dokumentaci je uvedena specifikace „standardní ošetření povrchu“. Bude zadavatel pod touto specifikací akceptovat povrchovou úpravu „cell culture“?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 2. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 4 pro 2. část veřejné zakázky se požadavek:

4	Kultivační desky 6-ti jamkové	standardní ošetření povrchu, ploché hladké dno, sterilní jednotlivě balené, nepyrogní, bez DNáz a RNáz	500 ks
---	-------------------------------	--	--------

mění tak, že nově zní:

4	Kultivační desky 6-ti jamkové	standardní ošetření povrchu zahrnující i povrchovou úpravu cell culture , ploché hladké dno, sterilní	500 ks
---	-------------------------------	--	--------

		jednotlivě balené, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz	
--	--	---	--

Dotaz č. 4:
Část 3: Chemikálie pro molekulární biologii

Položka č. 1: Master mix pro kvantitativní real-time PCR s obsahem detekčního barviva

Sybrgreen:

V zadávací dokumentaci je požadováno, aby byl součástí master mixu $MgCl_2$. Bude akceptován produkt bez chloridu hořečnatého + chlorid hořečnatý zvlášť v jiné zkumavce?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje technickou specifikaci předmětu 3. části veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace takto:

U položky č. 1 pro 3. část veřejné zakázky se požadavek:

1	Master mix pro kvantitativní real-time PCR s obsahem detekčního barviva Sybrgreen	PCR Master Mix s obsahem hot-start Taq DNA polymerázy, reakčního pufru, dNTPs, $MgCl_2$ a Sybrgreen. 1 balení produktu musí postačovat na napipetování alespoň jedné 96-ti jamkové PCR destičky.	50 balení
---	---	--	-----------

mění tak, že nově zní:

1	Master mix pro kvantitativní real-time PCR s obsahem detekčního barviva Sybrgreen	PCR Master Mix s obsahem hot-start Taq DNA polymerázy, reakčního pufru, dNTPs, $MgCl_2$ (lze dodat zvlášť v jiné zkumavce) a Sybrgreen. 1 balení produktu musí postačovat na napipetování alespoň jedné 96-ti jamkové PCR destičky.	50 balení
---	---	---	-----------

Zadavatel na základě výše uvedených změn a doplnění předkládá nové znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 03. 05. 2022 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky