



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

Č.j.: 054/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 11. 07. 2022

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH/2022 – Kolony a související materiál**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-024699**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v části č. 1 veřejné zakázky dle zadávací dokumentace položku: Kolona pro HPLC, maximální tlak 6000 psi, C18, velikost částic 2,7 µm, pevné jádro s povrchově porézní vrstvou, rozměr kolony 150 x 3 mm.

Dodavatel může nabídnout řešení s odpovídajícím efektem: Kolona pro HPLC, maximální tlak 8700 psi, C18, velikost částic 2,6 µm, pevné jádro s povrchově porézní vrstvou, rozměr kolony 150 x 3 mm.

Bude toto řešení akceptováno?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na minimálních technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v části č. 4 veřejné zakázky dle zadávací dokumentace položku č. 1: Kolona pro UHPLC, maximální tlak 120 MPa, carbon load 18 %, stacionární fáze BEH C18, velikost částic 1,7 µm, rozměr kolony 10 cm x 2,1 mm, velikost pórů 130 Å, pH stabilita rozpětí 1 - 12.

Dodavatel může nabídnout řešení s odpovídajícím efektem: Kolona pro UHPLC, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 11 %, stacionární fáze C18, velikost částic 1,7 µm, rozměr kolony 10 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 1 - 12. Bude toto řešení akceptováno?

Doplňující dotaz k položce č. 2 ochranné předkolonky související s položkou č. 1: V případě rozšíření parametrů kolony o námi navrhované řešení, navrhujeme předkolonky:

Cartridge pro HPLC kolonu, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 11 %, stacionární fáze C18, velikost částic 1,7 µm, rozměr 5 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 1 - 12.

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na minimálních technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v části č. 4 veřejné zakázky dle zadávací dokumentace položku č. 3: Kolona pro UHPLC, maximální tlak 120 MPa, carbon load 15 %, stacionární fáze Hybrid CSH C18, velikost částic 1,7 µm, rozměr kolony 15 cm x 2,1 mm, velikost pórů 130 Å, pH stabilita rozpětí 1 - 11.

Dodavatel může nabídnout řešení s odpovídajícím efektem: Kolona pro UHPLC, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 9 %, stacionární fáze PS C18, velikost částic 1,6 µm, rozměr kolony 15 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 1,5 – 8,5.

Bude toto řešení akceptováno?

Doplňující dotaz k položce č. 4 ochranné předkolony související s položkou č. 3: V případě rozšíření parametrů kolony o námi navrhované řešení, navrhujeme předkolony:

Cartridge pro HPLC kolonu, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 9 %, stacionární fáze PS C18, velikost částic 1,7 µm, rozměr 5 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 1,5 – 8,5.

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na minimálních technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje v části č. 4 veřejné zakázky dle zadávací dokumentace položku č. 5: Kolona pro UHPLC, HILIC, maximální tlak 120 MPa, carbon load 12 %, stacionární fáze Amide, velikost částic 1,7 µm, rozměr kolony 15 cm x 2,1 mm, velikost pórů 130 Å, pH stabilita rozpětí 2 - 11.

Dodavatel může nabídnout řešení s odpovídajícím efektem: Kolona pro UHPLC, HILIC, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 0 %, velikost částic 1,7 µm, rozměr kolony 15 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 2 – 7,5. Bude toto řešení akceptováno?

Doplňující dotaz k položce č. 6 ochranné předkolony související s položkou č. 5: V případě rozšíření parametrů kolony o námi navrhované řešení, navrhujeme předkolony:

Cartridge pro HPLC kolonu, maximální tlak 103,4 MPa, carbon load 0 %, stacionární fáze Hilic, velikost částic 1,7 µm, rozměr 5 cm x 2,1 mm, velikost pórů 100 Å, pH stabilita rozpětí 2 – 7,5.

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na minimálních technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.



Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky