



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

Č.j.: 069/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 15. 08. 2022

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH/2022 – Laboratorní plasty**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-031913**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Akceptuje prosím zadavatel v části 5, položka 1: výšku Petriho misek 14,2 mm namísto 15 mm?

Odpověď:

S ohledem na své provozní potřeby trvá zadavatel na technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Akceptuje prosím zadavatel v části 5, položka 1: balení po 480, případně 720 namísto balení po 500 ks?

Odpověď:

Zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 zadávací dokumentace, kde je u každé části veřejné zakázky v poznámce uvedeno, že balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

Dotaz č. 3:

Akceptuje dále zadavatel v části 5, položka 2 - Petriho misky v balení po 240 namísto po 180 ks?

Odpověď:

Zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 zadávací dokumentace, kde je u každé části veřejné zakázky v poznámce uvedeno, že balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.



Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky