



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

Č.j.: 072/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 24. 08. 2022

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**CATRIN/CRH/2022 – Laboratorní plasty**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2022-031913**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

1. část:

a) *Pipetovací špička 10 µl; s filtrem – Bylo by možné dodat 50x96? Většina špiček je dodávána jako balení 10x96.*

Odpověď: Zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 zadávací dokumentace, kde je u každé části veřejné zakázky v poznámce uvedeno, že balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

b) *Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru – Bylo by možné dodat špičky s rozpětím 100-1000 µL?*

Odpověď: Z objektivních důvodů zadavatel trvá na stanovených technických parametrech. Požadované objemové rozpětí špiček není možné měnit.

c) *Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru, krabička - Bylo by možné dodat špičky s rozpětím 100-1000 µL?*

Odpověď: Z objektivních důvodů zadavatel trvá na stanovených technických parametrech. Požadované objemové rozpětí špiček není možné měnit.

Dotaz č. 2:

3. část:

• *produkty 1-4: Bylo by možné dodat balení rukavic v násobku 10, tedy 90x100; 100x100, 60x100, 50x100?*

Odpověď: Zadavatel v návaznosti na své provozní potřeby trvá na stanovených zadávacích podmínkách.



Dotaz č. 3:

6. část:

- *produkt 1 Kultivační nádoby + víko: Produkt je k dispozici v balení 480 ks. Bylo by možné podle toho upravit celkové množství?*

Odpověď: Zadavatel odkazuje na přílohu č. 5 zadávací dokumentace, kde je u každé části veřejné zakázky v poznámce uvedeno, že balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství. Je požadováno 720 ks kompletních kultivačních nádob (tzn. spodní část nádoby + víko).

vz. Mgr. Petra Jungová, LL.M.

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky