




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

s názvem:

„LF/UPOL/ÚMTM – Obnova zařízení zvěřince II“

Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES v rámci Národního plánu obnovy, identifikační kód projektu LX22NPO5103 (Národní institut virologie a bakteriologie).

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková
tel.č.: +420 585 631 118, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz

dále jen „Zadavatel“

Způsob zadání: otevřené řízení

Profil Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz/vz00005007>

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění



(dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely této Dokumentace jen „Dodavatel“ či „Dodavatelé“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí zejména tímto Zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na <https://zakazky.upol.cz>.

Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. **registraci dodavatele** v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: <https://zakazky.upol.cz>. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz).

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:

1. část veřejné zakázky:

Kód CPV	Název
38434510-4	Cytometry

2. část veřejné zakázky:

Kód CPV	Název
38424000-3	Měřicí a řídicí zařízení



3. část veřejné zakázky:

Kód CPV	Název
38424000-3	Měřicí a řídicí zařízení

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmět veřejné zakázky na dodávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže v odst. 2.2 této Dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje zařízení nové, nerepasované. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení/vybavení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci.

Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro daný typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

Pokud tato Dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných řešení.



2.2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

1. část veřejné zakázky:

A. Zařízení pro počítání mikroorganismů

Sestava zařízení musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1. Zařízení musí detekovat objekty (buňky, částice) menší než 5 μm .
2. Zařízení musí rozpoznat a odlišit intaktní buňky od ostatních objektů.
3. Minimální detekční limit objektů pro analýzu nesmí být více než 20 000 intaktních buněk/mL vzorku.
4. Analýza jednoho vzorku nesmí být delší než 10 minut.
5. Zařízení musí mít připojení pomocí zástrčky kompatibilní s jednofázovými zásuvkami typu E s napětím 230 V a frekvencí 50 Hz.

2. část veřejné zakázky:

B. Sestava přístrojů pro ustájení laboratorních zvířat v pokusu

Sestava zařízení musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1. Ventilační jednotka pro stojany pro individuálně ventilované chovné nádoby (1 ks)

- 1.1. Filtrace přichozího i odchozího vzduchu, dvojice nezávislých ventilátorů na vstupu a výstupu, vstupní filtr H14 + předfiltr G4, výstupní filtr H14 + předfiltr G4, testování integrity filtru.
- 1.2. Automatická regulace výkonu – rychlosti proudění, umožňuje nastavení počtu výměn vzduchu 50 až 80 za hodinu a podle počtu klecí v připojeném stojanu.
- 1.3. Umožňuje práci v negativním i pozitivním tlaku.
- 1.4. Automatické řízení proudění, stojany lze provozovat v libovolném osazení klecemi do maximální kapacity bez narušení funkce.
- 1.5. Automatická kompenzace zanešení filtrů, uhlíkový filtr.
- 1.6. Umožňuje připojení k odtahu pro eliminaci pachu, umožňuje připojení min. 4 stojanů, jedna ventilační jednotka musí umět efektivně ventilovat alespoň 320 klecí pro myši, jedna ventilační jednotka musí umět efektivně ventilovat alespoň 140 klecí pro potkany.
- 1.7. Jednotka musí kompenzovat počet osazených klecí ve stojanech, mikroprocesorové řízení.
- 1.8. Voděodolné dotykové ovládání.
- 1.9. Minimálně 1 uživatelská a 1 servisní úroveň s hesly.
- 1.10. Zobrazení parametrů a stavu, alarmy proudění, kontakt pro vzdálený alarm.
- 1.11. Senzor teploty a vlhkosti (vzduch na výstupu z klecí), tlaku, wifi a Ethernet pro přenos alarmů, dat a vzdálené řízení parametrů.



- 1.12. Umožňuje externí monitoring.
- 1.13. Čištění a výměna filtrů je možná za chodu systému bez narušení bariéry.
- 1.14. Lze připojit vak na kontaminované filtry.
- 1.15. Vaky na kontaminované filtry min. 10 ks.
- 1.16. Přístup k předfiltrům z vně jednotky.
- 1.17. Připojení stojanů přes pružné spojky – flexibilní hadice minimální délky 1 m.
- 1.18. Kolečka pro přemístění.
- 1.19. Hlučnost do 50 dB.
- 1.20. Konstrukce nerez a chemicky odolný plast, umožňuje chemickou dezinfekci.
- 1.21. Napájení 230 V, kompatibilní se Stojany pro individuálně ventilované chovné nádoby požadované v bodu 4.

2. Monitorovací systém pro ventilační jednotku (1 ks)

- 2.1. Nezávislé měření a kontinuální záznam teploty a vlhkosti v chovných klecích a provozního stavu (výpadek proudu, chybné proudění, chybový stav) IVC systému.
- 2.2. Umožňuje ukládání dat do databáze.
- 2.3. Umožňuje přenos a zobrazení v rámci počítačové sítě pracoviště Zadavatele.
- 2.4. Alarmové zprávy via e-mail.

3. Zvlhčovací modul pro ventilační jednotku (1 ks)

- 3.1. Dosažitelný rozsah vlhkosti v závislosti na parametrech proudění a teploty – minimální požadavek 15% nad vlhkost vstupního vzduchu.
- 3.2. Vlastní rozsah regulace 35% až 70% relativní vlhkost.
- 3.3. Výkon minimálně 4 L / hodinu.
- 3.4. Externí čidlo relativní vlhkosti.
- 3.5. Dva zvlhčovací moduly budou napojeny na automatické řízení připouštění vody a 4 zvlhčovací moduly budou napojeny na zásobníky.
- 3.6. Součástí dodávky musí být předfiltr G4 pro částicovou filtraci nasávaného vzduchu a filtr pro eliminaci bakteriální kontaminace vody, napojovací hadice.
- 3.7. Napojení na externí zdroj čisté vody (reverzní osmóza) – 2x napojení na výrobek reverzní osmózy, který je součástí dodávky, a 4x napojení na zásobník (kanystr), který je součástí dodávky.
- 3.8. Připojení na odpadní nádobu, která je součástí dodávky, pro odvod kondenzátu.

4. Stojan (1 ks) pro 54 individuálně ventilovaných chovných nádob pro myši

- 4.1. Umožňuje připojení minimálně 2 stojanů na ventilační jednotku.
- 4.2. Spojení s ventilační jednotkou pružnými spojkami
- 4.3. Nerezové provedení stojanu, rozebíratelné pro čištění, rozvody k chovným nádobám, nerezové provedení a chemicky odolné materiály, umožňuje chemickou dekontaminaci, autoklávování.




- 4.4. Napojení chovných nádob přes pružné hermeticky těsné spojky, indikace správného zasunutí nádoby do stojanu, samonaváděcí ližiny.
- 4.5. Stojan lze provozovat i pouze částečně osazený chovnými nádobami.
- 4.6. Kolečka pro přesun, přední kolečka brzditelná.
- 4.7. Kit pro propojení stojanu s jednotkou, včetně rozpojitelné spojky pro jednostranné stojany, 2 ks na stojan komplet spojka plus hadice.
- 4.8. Stojan musí být možné stěhovat otvorem 1880 x 550 mm (jedná se o výšku a šířku dveří do místností).
- 4.9. Maximální půdorysné rozměry stojanu pro 54 nádob jsou 1400 x 550 mm.
- 4.10. Kompatibilní s nádobami popsány v bodu 5. Individuálně ventilované chovné nádoby pro laboratorní myši.

5. Individuálně ventilované chovné nádoby pro laboratorní myši (54 ks)

- 5.1. Spodní část, polysulfon PSU, minimálně 500 cm², autoklávovatelné až do 134°C.
- 5.2. Víko nerezové s prostorem pro láhev a krmení, kapacita minimálně 0,3 L a pro minimálně 250 g granulovaného krmiva.
- 5.3. Kryt nádoby s depresí pro láhev, filtrem a svorkami, polysulfon PSU.
- 5.4. Výklopný systém víka musí umožňovat vyklopení víka na nádobě tak, aby byl vyloučen kontakt mezi vnějšími a vnitřními stranami nádoby a víka při otevření.
- 5.5. Ventil pro láhev na vodu musí umožňovat výměnu lahví bez otevírání krytu.
- 5.6. Filtr o minimální ploše 220 cm² ve vrchní části krytu s účinností filtrace > 99.999% pro viry a bakterie, silikonové těsnění filtru.
- 5.7. Technologie musí umožňovat udržet limit pro CO₂ po dobu minimálně 36 hodin, kdy box není připojen k ventilačnímu systému.
- 5.8. Kryt musí mít samouzavíratelné ventily pro přívod a odvod vzduchu se silikonovým těsněním, v prostředí pobytu zvířete musí být proudění < 0,2 m/s.
- 5.9. Láhve na vodu se silikonovým těsněním, materiál polysulfon PSU, autoklávovatelné až do 134°C, maximální objem 300 ml, stupnice do 260 ml, rozměr: 55 ± 5 x 55 ± 5 x 129 ± 10 mm.
- 5.10. Víčko nerezové na láhev, těsnění, hubice 34 mm, otvor průměr 1,8 mm určeno pro IVC nádoby uvedené v bodu 5. a 6., těsnění na hubici materiál ČSN 17346 (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), autoklávovatelné až do 134°C.
- 5.11. Univerzální držák štítků kompatibilní s Individuálně ventilovanými chovnými nádobami uvedenými v bodech 5. a 6., umožňuje označování štítky různých rozměrů.
- 5.12. Každá chovná nádoba ve stojanu má individuální filtraci a po vyjmutí ze stojanu je uzavřená.
- 5.13. Možnost výměny pítko ve stojanu bez narušení bariéry.
- 5.14. Spodní část nádoby musí být osazena flexibilním silikonovým těsněním, zajišťujícím hermetické utěsnění při uzavření chovné nádoby víkem.

Další požadavky:



- Všechny dodávané přístroje, které pro svou činnost vyžadují zdroj elektrické energie, musí mít připojení pomocí zástrčky kompatibilní s jednofázovými zásuvkami typu E s napětím 230 V a frekvencí 50 Hz.

3. část veřejné zakázky:

C. Biohazard – laminární box třídy II typ A2, ochrana obsluhy i produktu (1 ks)

Sestava zařízení musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1. Laminární box (flowbox) je laboratorní zařízení, kterého funkcí je vytvoření a udržení čistého prostoru pro laboratorní a vědeckou práci a zároveň udržuje pomocí laminárního proudění filtrovaného vzduchu ochranou bariéru pro uživatele.
2. Vzduch je filtrován pomocí speciálních filtrů a HEPA filtrů, tak je zbaven všech drobných částic prachu, pylu a podobně.
3. Zařízení musí splňovat parametry pro Biohazard třídy II typ A2, certifikace – CE, certifikace dle ČSN EN12469 (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení).
4. Účinnost filtrace - filtrace s účinností >99,999% pro částice 0,3μm, dosažitelná čistota v boxu třídy A dle SVP (správné výrobní praxe), třídy 4 dle ČSN EN ISO 14644 (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Minimálně dva HEPA H14 filtry (99,995 MPPS) – výstupní a hlavní, a prachový předfiltr pod pracovní plochou.
5. Automatická regulace rychlosti proudění – kompenzace stavu filtrů, 2 nezávislé ventilátory (recirkulační a výstupní) s nezávislou regulací rychlosti proudění, kontinuální regulace podle stavu filtrů a zatížení zajišťuje konstantní parametry, sdružená indikace správné funkce boxu se sledováním všech funkčních parametrů, proudění - objem odchozího vzduchu za hodinu – 580-600 m³/h, rychlost proudění v okně 0,40-0,50 m/s, sestupné proudění 0,28-0,36 m/s, laminarita lepší než ±20%.
6. Přední elektricky posuvné a výklopné okno z netřítivého skla, sklon okna 10°, pozice okna 250-290 mm. Hermeticky těsné v pracovní poloze a v uzavřeném stavu, záložní baterie pro ovládání předního skla při výpadku proudu, boční prosklená okna.
7. Údržba – kulaté rohy, přístup pod pracovní plochu, vodotěsná vana, umožňuje plné vykloupení okna pro čištění.
8. Vybavení a konektivita - 4 průchodky 20-25 mm na bocích, pro ventily a média, samozavírací průchodka průměr 70-80 mm pro volné protažení kabelů a hadic, přípojka pro testování integrity filtru, 4 elektrické zásuvky na zadní stěně opatřeny krytkou, napojení na odtah – bez přerušení i s přerušením tahu, rozhraní pro vzduchotechniku.
9. Ovládání pomocí ovládacího panelu s displejem všech parametrů, rychlost proudění, provozní hodiny UV a boxu, stand-by režim, osvětlení, časovač pro germicidní lampu, ON/OFF vnitřních elektrických zásuvek, umožňuje integraci ovládání s nadřazeným systémem a se vzduchotechnikou, alarmy a indikace – optický a akustický alarm stavu filtrů, chybná pozice okna, chybné sestupné a výstupní proudění, průběžná indikace stavu boxu a životnosti filtrů.



10. Dekontaminace – UV-C germicidní zářič, fixní montáž v zadní části, nerušící laminární proudění, programovatelné časování, umožňuje uzavření a sterilizaci parami formaldehydu a H₂O₂.
11. Vnitřní LED osvětlení pracovní plochy >1000 Lx, bílé světlo.
12. Chod o hlučnosti <57 dB(A).
13. Manuální nastavení výšky 750–950 mm. Umožňuje osazení opěrky na nohy.
14. Snížená misková pracovní plocha o hloubce alespoň 20 mm, šířka 1200 mm v ploše neperforovaná, interiér z nerez, polohovatelné a vyjímatelné opěrky na ruce s ergonomickým umístěním v okně nad pracovní plochou.
15. Dvě automaticky nastavitelné pracovní pozice okna – výška 250 mm a výška 290 mm, v obou pozicích musí být garantovány ochranné a funkční parametry boxu dle příslušných norem.
16. Maximální rozměry boxu s šířkou pracovní plochy 1200 mm jsou: půdorys 1300 x 800 mm, výška se stojanem 2200 mm, musí být možný stěhovat dveřmi šířky 800 mm a výšky 1900 mm.

Další požadavky:

- Všechny dodávané přístroje, které pro svou činnost vyžadují zdroj elektrické energie, musí mít připojení pomocí zástrčky kompatibilní s jednofázovými zásuvkami typu E s napětím 230 V a frekvencí 50 Hz.

2.3 Záruka za jakost a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců, zajištění záručního servisu a dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel bude dále povinen k provádění bezplatného plného servisu dodaného zařízení včetně aktualizací software, je-li software součástí dodávky, a pravidelných servisních prohlídek min. 1x ročně po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis dodaného zboží). Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny Dodavatele. V záruční době je Dodavatel povinen zajistit na své náklady veškeré zákonné revize zboží.


2.4 Podmínky uživatelské podpory

V nabídkové ceně musí být zahrnuto školení obsluhy dodávaného zařízení v rozsahu minimálně 2 pracovních dnů po 8 hodinách pro minimálně 2 osoby ze strany Zadavatele. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté provedou školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto:

- teorie o konstrukci a nastavení zařízení
- zapnutí/vypnutí zařízení
- běžná kontrola/nastavení provozních parametrů zařízení



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Univerzita Palackého
v Olomouci

- provozní údržba zařízení, uživatelské servisní úkony

Veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí vybraný dodavatel.

2.5 Dodací lhůta

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy.

Dodací lhůta je max. 3 měsíce od nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.

2.6 Místo plnění veřejné zakázky

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zvěřinec v 1. podzemním podlaží, Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc, Česká republika.

2.7 Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

3. Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na tři samostatné části podle oborového členění.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.235.000,00 Kč bez DPH v členění:

1. část veřejné zakázky	280.000,00 Kč bez DPH
2. část veřejné zakázky	635.000,00 Kč bez DPH
3. část veřejné zakázky	320.000,00 Kč bez DPH

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny



Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace. Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH**.

Cena za předmět veřejné zakázky bude sjednána jako cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena i v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou na příslušnou část veřejné zakázky uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu na příslušnou část veřejné zakázky cena uvedená v návrhu smlouvy na příslušnou část veřejné zakázky.

5.1 Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu kupní smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 3 této Dokumentace),
- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 1 této Dokumentace).

5.2 Překročení nabídkové ceny

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze v těchto případech:

- v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky,
- v odůvodněných případech dle Zákona.

6. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá závazné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce pro jednotlivé části veřejné zakázky, pro které Dodavatel podává svou nabídku, jako její nedílnou součást návrh kupní smlouvy (pro každou část veřejné zakázky samostatně).

Návrh kupní smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Dokumentace.



Dodavatel v návrhu smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(doplní Dodavatel)**. Znění ostatních ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh kupní smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

7. Kvalifikace Dodavatele

7.1 Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Dokumentace.

Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce doloží splnění:

- a) **základní způsobilosti podle § 74 Zákona,**
- b) **profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona.**

7.2 Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

7.2.1 Pravost dokladů

Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích. Dodavatel může nahradit požadované doklady písemným čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který Zadavatel určil v této Dokumentaci, jako jazyk, ve kterém se podávají nabídky, se předkládá s překladem do Zadavatelem určeného jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

7.2.2 Stáří dokladů



Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

7.3 Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

7.4 Základní způsobilost

7.4.1 Rozsah základní způsobilosti

Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

7.4.2. Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením:

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona),



- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- c) **písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- d) **písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona),
- e) **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona),
- f) **výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

7.5 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

- **podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.6 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

7.6.1 Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

7.6.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů


Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
- b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než **3 měsíce** k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

7.6.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.



Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

7.7 Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

7.8 Doklady o kvalifikaci (e-Certis)

V souladu s § 86 odst. 1 Zákona Zadavatel přednostně vyžaduje za účelem prokázání kvalifikace doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

8. Další podmínky pro uzavření smlouvy a požadavky na osobu Dodavatele

8.1 Zadavatel odešle vybranému Dodavateli výzvu dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které Zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 Zákona; doklady o základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.2 Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:


Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.

8.3 Požadavky vyplývající z nařízení Rady EU č. 2022/576:

Zadavateli je zakázáno dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 08. 04. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je z Ruska, je z více než 50 % vlastněn subjektem z Ruska, jedná jménem nebo na pokyn subjektu z Ruska nebo který má poddodavatele z Ruska.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.



8.4 Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.

9. Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: <https://zakazky.upol.cz>.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


Zadavatel poskytne písemně Dodavateli vysvětlení Dokumentace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

10. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky bude dle § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.



Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena pro každou část veřejné zakázky podle nejnížší nabídkové ceny.

Hodnocení pro každou část veřejné zakázky bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění příslušné části veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnížší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

11. Podání nabídek, otevírání nabídek

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **05. 10. 2023 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005007>.

11.2 Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

11.3 Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11.4 Společná účast Dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat.



12. Obsah a forma nabídky

12.1 Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele pro každou část veřejné zakázky, pro kterou podává svou nabídku, **samostatně**.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s nabídkovou cenou pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku (příloha č. 1 této Dokumentace),
- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu se závaznými obchodními podmínkami v této Dokumentaci uvedenými (příloha č. 3 této Dokumentace) pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku,
- doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku,
- podrobná kalkulace nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou Dodavatel podává svou nabídku,
- čestné prohlášení Dodavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Dokumentace).

12.2 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli pro příslušnou část veřejné zakázky, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení pro tuto část veřejné zakázky vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce (katalogové listy a technická specifikace nabízeného zboží může být v anglickém jazyce).

13. Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených.



Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle Zákona. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Zákona. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

14. Zadávací podmínky

Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se nepodílely osoby odlišné od Zadavatele.

Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

15. Ostatní podmínky

15.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,
- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

15.2 Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- **Příloha č. 1** Krycí list nabídky
- **Příloha č. 2** Vzor čestného prohlášení Dodavatele
- **Příloha č. 3** Závazné obchodní podmínky

V Olomouci dne 31. 08. 2023

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci