



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

Č.j.: 100/PV/OVZ/2023

V Olomouci dne 25. 09. 2023

Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**LF/UPOL/ÚMTM – elektronový mikroskop pro zobrazování biologických vzorků**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2023-039541**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V minimálních technických parametrech je požadováno zvětšení v rozsahu 10x – 2000000x. Akceptuje zadavatel zvětšení 10x – 1000000x při zachování stejného požadovaného rozlišení?

Odpověď:

Zadavatel mění stávající požadavek uvedený v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace ve znění:

- Rozsah zvětšení minimálně v rozsahu 10 - 2.000.000x (pro klasický formát 96 mm x 128 mm).

tak, že nově zní:

- Rozsah zvětšení minimálně v rozsahu 10 - **1.000.000x** (pro klasický formát 96 mm x 128 mm).

Dotaz č. 2:

V minimálních technických parametrech v požadavcích pro proud svazku je uvedený rozsah 3 pA – 100nA. Akceptuje zadavatel rovněž rozsah 6 pA – 100 nA?

Odpověď:

Zadavatel mění stávající požadavek uvedený v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace ve znění:

- Proud svazku v rozsahu minimálně 3 pA – 100 nA, s kontinuální regulací.

tak, že nově zní:

- Proud svazku v rozsahu minimálně 6 pA – 100 nA, s kontinuální regulací.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v oddílu IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **31. 10. 2023 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004921>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky