



Spolufinancováno  
Evropskou unií

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého  
v Olomouci

## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 122/PV/OVZ/2023

V Olomouci dne 15. 11. 2023

### **Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Chlazená stolní centrifuga s vyměnitelnými rotory**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2023-051423**, Vám v souladu § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, změnu zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

*V článku 2. 2 zadávací dokumentace jsou uvedeny minimální technické požadavky na přístroj. Zadavatel požaduje • Hlučnost: < 51 dB(A)*

**DOTAZ**

*Můžeme nabídnout přístroj, který splňuje všechny požadavky, ale hlučnost má o něco vyšší. Bude zadavatel akceptovat centrifugu s hlučností < 54 dB(A)?*

#### **Odpověď:**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu vypouští předmětný technický požadavek „Hlučnost: < 51 dB(A)“ uvedený v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace, a to bez náhrady.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v oddílu IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **20. 12. 2023 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005081>.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky