



Spolufinancováno
Evropskou unií

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 127/PV/OVZ/2023

V Olomouci dne 05. 12. 2023

Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Průtokový cytometr**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2023-051822**, Vám v souladu § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V rámci veřejné zakázky s názvem: „PřF/UPOL – Průtokový cytometr“, žádáme o objasnění zadávací dokumentace v následujících bodech:

Zadavatel v minimální technické specifikaci předmětu plnění zadává tyto parametry:

(Předmět zakázky) „Umožňuje měření objemu vzorků v rozsahu alespoň 0.5 ml až 2 ml.“

Rádi bychom se zeptali, zda zadavatel bude trvat na rozsahu objemu vzorků 0,5 ml až 2 ml? Naše zkušenosti ukazují, že rozšíření rozsahu objemu vzorků na až 1 ml může přinést lepší výsledky díky zvýšené statistické významnosti, lepší detekci vzácných událostí a snížením dopadu náhodných variací. Zařízení, které bychom mohli pro účely výběrového řízení nabídnout umožňuje měření objemů v intervalu 0,85 ml – 3,0 mL a úspěšně slouží jako analyzátor botanických vzorků ve výzkumných laboratořích. Bude zadavatel akceptovat uvedený rozsah objemu vzorku?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu mění předmětný technický požadavek uvedený v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace ve stávajícím znění:

„Umožňuje měření objemu vzorků v rozsahu alespoň 0.5 ml až 2 ml.“

tak, že nově zní:

„Umožňuje měření vzorků o objemu od $\leq 0,85$ ml.“



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v oddílu IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **17. 01. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005082>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky