



Spolufinancováno  
Evropskou unií

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého  
v Olomouci

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ**

Č.j.: 120/PV/OVZ/2024

V Olomouci dne 19. 08. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**LF/UPOL – CBCT rentgenový přístroj s kefalostatem**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2024-037205**, Vám v souladu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:**

*Zadavatel vypsál výzvu pro podání nabídek na kombinovaný přístroj CBCT/OPG.*

*Dle našeho názoru a našich zkušeností, dedikované (nikoliv hybridní či kombinované) CBCT systémy splňují lépe nároky na nemocniční provoz vzhledem na četnost jeho využití. Zatímco hybridní systémy CBCT/OPG jsou určeny pro menší provozy typu ordinací a menších klinik, specializovaný CBCT systém je stavěn přímo na nemocniční provoz s velkým množstvím snímků za den. Životnost takového zařízení je tedy mnohem delší a navíc i kvalita 3D zobrazení je vyšší.*

*Na základě Vaší vypsání VZ bychom chtěli vznést dotaz, zda by nebylo vhodnější pro nemocniční provoz zvolit raději místo hybridního CBCT/OPG dedikované specializované CBCT a k tomu pořídit samostatný OPG přístroj.*

**Odpověď:**

Zadavatel na základě svých požadavků a provozních potřeb trvá na zadávacích podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

v.z.

Mgr. Kateřina Segeťová  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky