



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

Č.j.: 156/PV/OVZ/2024

V Olomouci dne 12. 11. 2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PŘF/UPOL/NPO – Dokumentační systém pro snímání a analýzu gelů s detekcí chemiluminiscence**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2024-054012**, Vám v souladu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve specifikaci požadujete „chlazenou kameru na min. -50 °C a lepší“

Ze zadání plyne, k jakým aplikacím má být přístroj použit, tedy jakými vlastnostmi snímacího systému má disponovat a že má být vybavené kamerou s chlazením. Ovšem uvedení konkrétní teploty jako takové kvalitu zařízení v tomto kontextu nijak nedefinuje.

Žádáme zadavatele o zvážení požadavku na limitní teplotu chlazení a úpravu požadavku na:

aktivně chlazená kamera, vybavená účinným chlazením, garantující dosažení požadovaných kvalitativních vlastností snímání.

Odpověď:

Zadavatel na základě svých potřeb trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Požadujete zařízení umožňující upgrade o RGB fluorescenci a laserovou NIR fluorescenci.

K technickému řešení lze uvést, že RGB NIR a IR v provedení LED poskytuje ekvivalentní výsledky.

Je možné nabídnout zařízení s možností upgrade o RGB a NIR LED fluorescence?

Odpověď:

Zadavatel na základě svých potřeb trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Genius loci...