



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

Č.j.: 002/PV/OVZ/2025

V Olomouci dne 10. 01. 2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Nízkoteplotní indukční magnetometr**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2024-063515**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Měl bych dotaz ohledně veřejné zakázky s názvem „PřF/UPOL – Nízkoteplotní indukční magnetometr“. Ve specifikacích je, že systém musí být vybaven speciálním držákem vzorků, který umožní pomocí optického vlákna působit na vzorek elektromagnetickým zářením z UV-VIS oblasti v průběhu měření jeho magnetických vlastností.

Rád bych Vás požádal o upřesnění k technické specifikaci. V rámci nabídky zvažujeme využití multimodového vlákna s provozním vlnovým rozsahem 180–850 nm. Můžete, prosím, potvrdit, zda je tento rozsah vhodný pro Vaše požadavky?

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že multimodové vlákno s provozním vlnovým rozsahem 180–850 nm odpovídá požadavku zadavatele na UV-VIS oblast.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky