



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 007/PJ/OVZ/2025

dne: 31.01.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**LF/UPOL- Triokulární mikroskop**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-002512**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Specifikace požaduje mikroskop s kódovaným revolverem spolupracujícím se systémem optimalizace světla mikroskopu. Tedy po počátečním nastavení intenzity světla uživatel prakticky již tento parametr nenastavuje. Dále požaduje specifikace ovladač osvětlení umístěný frontálně. Vzhledem k výše uvedenému připustí zadavatel mikroskop s regulátorem osvětlení na boku stativu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách, tedy na požadavku, aby ovladač osvětlení byl umístěn frontálně.

Důvodem je, že kódovaný revolver s optimalizací světla sám o sobě nezajišťuje, že uživatel nebude muset nastavovat intenzitu světla. V praxi je stále potřeba mít rychlý a ergonomicky přístupný ovladač osvětlení, což je důvod, proč zadavatel požaduje jeho umístění v přední části mikroskopu. Tato specifikace tedy reflektuje reálné uživatelské potřeby a nelze ji měnit.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky