



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 013/PJ/OVZ/2025

dne: 06.02.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL/NPO - klimatická komora s řízeným osvětlením a řízenou vlhkostí**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-006457**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Chtěl bych se zeptat, zda je Rozsah pracovní relativní vlhkosti vzduchu alespoň do 80 % (regulace RH s využitím kapacitního vlhkostního čidla) myšlený zároveň se zapnutým osvětlením?

Odpověď:

Ano, takto je to myšleno (protože jde o „pracovní rozsah“ a při pěstování rostlin se svítí).

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky