



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 021/PJ/OVZ/2025

dne: 21.02. 2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**CATRIN/UPOL - Centrifugy**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-009135**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Pro centrifugu I:

Je požadován „teplotní rozsah použitelnosti centrifugy: min. v rozsahu od -20°C do +60°C“. Předpokládáme správně, že se jedná o nastavitelný teplotní rozsah? Pokud ano, máme dotaz zda je možné upravit horní hranici rozsahu, protože většina na trhu dostupných centrifug má tento rozsah do +40°C.

Pro centrifugu II:

- 1) Je požadován rotor s maximálně 24 pozicemi pro 2 ml zkumavky. Bylo by možné nabídnout rotor s 30 pozicemi?
- 2) Jsou požadovány otáčky min. 18 000 rpm a odstředivá síla min. 30 000 g. Většina na trhu dostupných centrifug má maximální otáčky 15 000 rpm a odstředivou sílu 25 000 g. Mohl by zadavatel přehodnotit tento požadavek?
- 3) Je požadován teplotní rozsah min. v rozsahu od -20°C do +40°C. V praxi se, vzhledem k centrifugovaným vzorkům, většinou požaduje udržení teploty vzorku na +4°C při max otáčkách daného rotoru. Toho lze dosáhnout i při rozsahu teplot od -10°C. Je možné nabídnout centrifugu, která má nastavitelný teplotní rozsah od -10°C do +40°C a přitom má pro zadavatelem požadovaný rotor při jeho maximálních otáčkách garantovanou teplotu vzorku nižší než +4°C.



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Odpověď:

Pro centrifugu I. platí, že uvedený teplotní rozsah je pro cílené využití této centrifugy zásadního charakteru, a z tohoto důvodu není možné přistoupit na jakékoliv omezení. Zadavatel trvá na stanovených požadavcích.

Pro centrifugu II:

Ad 1) Zadavatel vyhovuje žádosti a upravuje čl. 2.1. zadávací dokumentace.

Ad 2) Jak výše požadovaných otáček, tak odstředivá síla jsou klíčového charakteru s ohledem na účel, za jakým je centrifuga pořizována a není možné se v tomto ohledu přizpůsobit požadavkům potenciálního Dodavatele. Zadavatel trvá na stanovených požadavcích.

Ad 3) Zadavatel vyhovuje žádosti na úpravu teplotního rozsahu a níže uvedený text v čl. 2.2. zadávací dokumentace pro centrifugu II:

teplotní rozsah min. v rozsahu od - 20°C do + 40°C

nahrazuje textem

teplotní rozsah min. v rozsahu od - 10°C do + 40°C.

Současně Zadavatel mění první odstavec čl. 2.1. zadávací dokumentace a údajů v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka centrifugy s úhlovým rotorem s maximálně 8 pozicemi pro 50 ml flakony s konickým dnem a s možností volby různých rotorů a adaptérů (holderů) a centrifugy s úhlovým rotorem s maximálně 30 pozic pro 2 ml flakony a s možností volby různých rotorů a adaptérů (holderů).

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **20.03. 2025 v 09:00 hodin.**



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005502>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky