



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 022/PJ/OVZ/2025

dne: 25.02.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL/NPO - klimatická komora s řízeným osvětlením a řízenou vlhkostí**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-006457**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

- a.) Ve vašich technických požadavcích je požadavek : „, min. objem 700 litrů“
- b.) Ve vašich technických požadavcích je požadavek : „, max. objem 800 litrů“

a.) Náš dotaz zní:
Pro dotaz a.,

I.a) Bylo by možné nabídnout klimatickou komoru, která má stejné technické parametry, ale má menší objem a to 606 litrů?

b.) Náš dotaz zní:
Pro dotaz b.,

I.b) Bylo by možné nabídnout klimatickou komoru, která má stejné technické parametry, ale má větší objem a to 1038 litrů? Tímto by zadavatel získal, při splnění požadovaných technických parametrech, výhodu v podstatně větší kapacitě.

Odpověď:

Zadavatel z technicko - provozních důvodů, zejm. z důvodu potřebného prostoru pro pěstování rostlin a z důvodů prostorových možností pro umístění komory, trvá na stanoveném zadání a nebude parametry upravovat.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky