



Spolufinancováno  
Evropskou unií

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého  
v Olomouci

**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC**

Č.j.: 041/KS/OVZ/2025

V Olomouci dne 27.03.2025

**Věc: Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**FF/UPOL – 3D tiskárna a vytvrzovací komora**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2025-012422**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:

**Dotaz:**

*U vytvrzovací komory máte požadavku na dotykový displej a Wi-Fi/Bluetooth připojení. Existuje jenom 1 zařízení, které splňuje ostatní požadavky vytvrzovací komory a má dotykový displej (jako na telefonu), ale nemá připojení přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Požadujete skutečně dotykový displej nebo může být i klasický displej s tlačítky? Požadujete Wi-Fi/Bluetooth připojení i u vytvrzovací komory? Standardně vytvrzovací komory nemají Bluetooth a Wi-Fi připojení.*

**Odpověď:**

Zadavatel na základě výše položeného dotazu sděluje, že mění technický parametr uvedený v příloze č. 4 zadávací dokumentace u Vytvrzovací komory k 3D tiskárně ve znění:

*Ovládání: Dotykový displej*

tak, že nově zní:

*Ovládání: **Displej***

a zároveň mění v příloze č. 4 zadávací dokumentace u Vytvrzovací komory k 3D tiskárně bod 3 ve znění:

**3. Software a konektivita**

*Ovládání: Lokální (displej) + vzdálenou správu požadujeme přes Wi-Fi, přičemž připouštíme i připojení přes Bluetooth*

*Indikace stavu zbývajícího času vytvrzení*

tak, že nově zní:

### **3. Funkce**

***Indikace stavu zbývajícího času vytvrzení***

---

#### **Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:**

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace, které v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

*Příloha č. 4 ZD\_final\_rev.1*

---

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

#### **11.1 Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **30. 04. 2025 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005523>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Segeťová  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky