



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

Č.j.: 057/PV/OVZ/2025

V Olomouci dne 23. 04. 2025

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL/NPO – automatická metalografická bruska/leštička**“, zadávané ve výběrovém řízení, Vám v souladu s čl. 12 výzvy k podání nabídek, sdělujeme následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení s naším zařízením, které splňuje všechny body technické specifikace, jenom ovládání máme řešeno přes dotykový displej. Nicméně náš dotykový displej umožňuje ovládání i v rukavicích, případně je možné k jeho ovládání použít dotykové pero. Bude zadavatel akceptovat nabídku na brusku / leštičku s tímto způsobem ovládání?

Pro potvrzení možností ovládání dotykového displeje, v příloze posílám 2 krátká ukázková videa.

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel mění následující požadavek uvedený v čl. 1 odst. 1.3 výzvy k podání nabídek:

- umožňuje ovládání přes jeden ovládací prvek, a to i v rukavicích (ne dotykový displej);

tak, že nově zní:

- umožňuje ovládání přes jeden ovládací prvek, a to i v rukavicích;

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci je zmíněn požadavek na možnost současného připojení čisté vody a uzavřeného okruhu pro broušení (recirkulace), který naše zařízení splňuje, ale z požadavku nám není úplně jasné, zda má být recirkulační systém s uzavřeným okruhem součástí cenové nabídky nebo ne? Děkujeme za vysvětlení.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel mění následující požadavek uvedený v čl. 1 odst. 1.3 výzvy k podání nabídek:

- umožňuje současné připojení čisté vody a uzavřeného okruhu pro broušení (recirkulace);

tak, že nově zní:

- umožňuje současné připojení čisté vody a uzavřeného okruhu pro broušení (recirkulace) - recirkulace vody s uzavřeným systémem je součástí dodávky;

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 6 odst. 6.1. výzvy k podání nabídek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **05. 05. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005538>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky