



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 070/PJ/OVZ/2025

dne: 22.05.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**CATRIN/UPOL - Chlazená stolní centrifuga na mikrozkumavky**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-027283**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci požadujete automatické rozpoznávání rotoru. Jelikož požadujete dodávku jen jednoho rotoru, bylo by možné tento parametr z požadavků vypustit, případně pozměnit? Naše řešení používá k identifikaci rotoru přednastavené klávesové zkratky.

Odpověď:

Zadavatel trvá na automatickém rozpoznání rotorů, neboť tato funkce automatického rozpoznání rotorů zabraňuje případnému poškození centrifugy v důsledku chybného nastavení max. otáček pro daný typ rotoru.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci požadujete nastavení doby zrychlení a brzdění. Požadujete přesné naprogramování času v sekundách, nebo v tomto případě stačí "krátké/dlouhé" zrychlení/brzdění?

Odpověď:

Zadavatel blížeji nespecifikoval způsob nastavení doby zrychlení/brzdění, tzn., že je dostačující "krátké/dlouhé" zrychlení/brzdění.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadavatel dále tímto vysvětlením provedl opravu v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek, kdy byl odstraněn administrativní překlep v části „datum začátku doby trvání“ (BR-536-Lot). Tato oprava nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek, ani na zadávací podmínky veřejné zakázky.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky