



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 077/PJ/OVZ/2025

dne: 30.05.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**CATRIN/UPOL - Chlazená stolní centrifuga na mikrozukmavky**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-027283**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

K výše uvedenému zadávacímu řízení bychom se Vás chtěli zeptat ještě k požadavku automatického rozpoznávání rotoru. Námi nabízená centrifuga má všechny kompatibilní rotory vhodné pro celý rozsah otáček, takže funkci automatického rozpoznávání rotoru nepotřebuje a tudíž nemá. Nehrozí zde ale špatné nastavení otáček rotoru a poškození centrifugy, protože všechny rotory mohou pracovat až do 15000 rpm. Budete tedy takovouto centrifugu akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedený dotaz pro upřesnění specifikace upravuje následující text čl. 2.2. zadávací dokumentace:

text „automatické rozpoznávání rotorů“

se nahrazuje textem:

„Automatické rozpoznání rotoru, nebo jednotná maximální rychlost otáček u všech kompatibilních rotorů“.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje:

- kapacita rotoru min. 24 x 1,5/2 ml mikrozukmavky
- možnost centrifugace otevřených mikrozukmavek s filtry



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Rádi bychom nabídli zařízení s rotorem o kapacitě 18x1,5/2ml, který současně umožňuje centrifugaci otevřených mikrozkušavek s filtry s maximální celkovou výškou 65 mm. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Zadavatel z provozně technických důvodů trvá na stanoveném zadání dle zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **23.06. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005604>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky