



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 079/PJ/OVZ/2025

dne: 05.06.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**Faculty of Science/UPOL - Computational server and data storage for 3D structure analysis from cryo electron microscope data**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-028569**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje: „installed software for 3D analysis of cryo electron microscopy data (single particle analysis): CryoEM Stack (Relion 4 + 5, IMOD, MotionCorr, GcTF), CryoSparc 4.“ Je tento požadavek myšlen tak, že zadavatel disponuje platnými licencemi výše uvedeného software, které budou poskytnuty zhotoviteli/dodavateli pro plnění předmětu díla (jejich instalaci na GPU server)?

Odpověď:

Uvedený software na 3D analýzu je volně dostupný. Instalaci požadujeme s ohledem na zajištění plné kompatibility softwaru s hardwarem výpočetního serveru.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky