



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 081/PJ/OVZ/2025

dne: 05.06.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Laserový interferometrický odměřovací systém**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-026415**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění vašich technických požadavků na přesnost měření úhlů. V dokumentaci je specifikováno: $\leq 1 \mu\text{rad}$ na maximální měřené vzdálenosti 1 m. Jedná se o celkovou max. odchylku změřené hodnoty nebo o konstantu optiky?

Např. firma s jejímž systémem pracujeme a dodáváme jej, specifikuje odchylku měření úhlu takto: $\pm 0,2\% * \pm 0,5 \pm 0,1 \text{M } \mu\text{m/m}$, kde:

$\pm 0,5$ je konstanta odchylky optiky

$\pm 0,2\%$ - je odchylka vztažená ke konkrétně změřené odchylce úhlu udané přístrojem

$\pm 0,1 \text{M}$ - je parametr vlivu vzdálenosti, na které probíhá měření

Odpověď č.1

V návaznosti na dotaz č. 1 se nahrazuje v čl. 2.2. zadávací dokumentace následující požadavek:

- Přesnost úhlového měření musí být $\leq 1 \mu\text{rad}$ na maximální měřené vzdálenosti 1 m.

textem:

- „úhlová chyba nezávislá na měřené hodnotě úhlu $\leq 1 \mu\text{rad}$ na maximální měřené vzdálenosti 1m“.

Zadavatel v souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **19.06. 2025 v 09:00 hodin**.



Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005597>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky