



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 090/PJ/OVZ/2025

dne: 23.06.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL- Spektrometrický systém pozitron-elektronové anihilace**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-031104**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V dokumentu ZD díl 2.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky: ● Žádáme zadavatele o doplnění údajů o: o Rozměry krystalu BaF a požadovanou polaritu vysokého napětí.

Odpověď:

Zadavatel tímto doplňuje technické parametry uvedené v čl. 2.2. zadávací dokumentace o požadované údaje:

- rozměr krystalu: průměr 38 mm, výška 38 mm,
- požadovaná polarita VN: napájecí napětí záporné.

Dotaz č. 2:

V dokumentu ZD díl 2.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky: ● Žádáme zadavatele o doplnění údajů o: o Typ předzesilovače pro BaF sondy. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění těchto parametrů z důvodu správné volby jednotlivých částí a zajištění funkčnosti celého systému. Budeme rádi za další technické upřesnění nad rámec těchto dotazů

Odpověď:

Zadavatel tímto doplňuje technické parametry uvedené v čl. 2.2. zadávací dokumentace o požadované údaje:

- typ předzesilovače: rychlý časový předzesilovač.



Technické parametry stanovené zadávací dokumentací jsou formulovány nediskriminačně, transparentně a v souladu se zásadami veřejného zadávání. Zadavatel je stanovil tak, aby odpovídaly jeho legitimním potřebám a zároveň umožnily účast co nejširšímu okruhu dodavatelů. Pokud bude ze strany dodavatele vznesen konkrétní technický dotaz, zadavatel jej v souladu se zákonem řádně posoudí a případně poskytne doplňující vysvětlení.

Zadavatel dále souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **16.07. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na

<https://zakazky.upol.cz/vz00005623>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky