



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

Č.j.: 103/PV/OVZ/2025

V Olomouci dne 16. 07. 2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – termostaty**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2025-036516**, Vám v souladu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné VZ.

V technické specifikaci požadujete „...udržující teplotu v rozsahu alespoň 8-45 °C...“ respektive „...s rozsahem teplot alespoň 8-40 °C...“. Chtěli bychom se ujistit, že jsou skutečně požadovány chlazené termostaty a ne pouze termostaty s rozsahem teplota okolí +8°C až 40°C, respektive 45°C.

Odpověď:

Ano, jde o termostaty, které udrží vnitřní teplotu na konkrétní hodnotě (v rozsahu alespoň 8-45 °C, respektive 40 °C), tj. dokáží dle potřeby chladit i vyhřívat. Provozní teplota není specifikována, předpokládá se použití v běžné laboratoři.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky