



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 114/PJ/OVZ/2025

dne: 07.08. 2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**LF/UPOL – Simulační technika pro postgraduální a specializační vzdělávání zubních lékařů**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-043269**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Obracím se na Vás ohledně výběrového řízení, a to s dotazem na mikroskop. Potřebujeme ujištění, jestli požadujete výukový model mikroskopu na stůl s požadavkem na Klip, jestli máte na mysli uchycení, které je na obrázku v příloze?

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že příloha dotazu obsahuje vyobrazení konkrétního výrobku dodavatele. Z důvodu zachování zásady transparentnosti a nediskriminačního přístupu nemůže být tento obrázek zveřejněn jako součást vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 Zákona.

Ve vztahu k požadavku na uchycení mikroskopu zadavatel uvádí, že v rámci části 3. části veřejné zakázky jsou požadovány tři výukové dentální mikroskopy, které budou sloužit pouze pro preklinickou výuku bez přítomnosti pacienta. Tyto mikroskopy musí být uchytitelné ke stolu dentálního simulátoru či k laboratornímu pracovnímu stolu.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadavatel tedy požaduje uchycení typu "clip" (klip), tj. svěrné uchycení umožňující mikroskop fixovat ke stolu.

Tento požadavek reflektuje potřebu flexibilního umístění a snadného přemístění mikroskopu v rámci výukového prostředí.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky