



**Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění
s názvem:**

„LF/UPOL – Sada pomůcek pro nácvik zdravotnických výkonů“

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková
tel. č.: +420 585 631 118, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Způsob zadání: výběrové řízení

Profil Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz/vz00005704>

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).

Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.

Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na <https://zakazky.upol.cz>.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: <https://zakazky.upol.cz>. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, e-mail: petra.vopalkova@upol.cz).

1. Předmět veřejné zakázky

1.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:

Název	kód CPV
Simulátory	34150000-3
Vybavení pro výuku	39162100-6
Školící pomůcky a zařízení	39162200-7
Zdravotnické přístroje	33100000-1

1.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek a modelů pro nácvik zdravotnických výkonů studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz čl. 1 odst. 1.3 této Výzvy.

1.3 Technické podmínky

Dodávané zařízení musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Zadavatele.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Výzvě.

Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky garantovat nabízené technické parametry a doložit přesné označení nabízeného zařízení včetně jeho technických parametrů pro ověření splnění požadavků Zadavatele.

Součástí dodávky bude prohlášení o shodě pro nabízené výrobky. Každé zařízení sestavy musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení.

V případě, že Dodavatelem nabízené plnění nebude splňovat technické podmínky uvedené

v této Výzvě, bude tento Dodavatel vyloučen z výběrového řízení.

Zařízení musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1. Simulátor na zavedení nasogastrické sondy

- 6 identických ks simulátorů pro nácvik zavedení NGS,
- simulátor musí být průhledný, aby bylo možné cvičit správné odměření sondy a zkontrolovat správnost umístění zavedené sondy v žaludku,
- simulátor musí umožňovat zavedení tekutin, aby bylo možné simulovat polykání pacienta,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný, max. velikost 57 x 45 cm).

2. paže na odběry krve, intravenózní injekce, zavedení periferního žilního katetru, infuzní terapie

- 6 identických ks modelů paže pro nácvik několika výkonů současně: odběry krve,
- kůže ze speciálního materiálu, tloušťky minimálně 3 mm, kterým je zajištěn realistický pocit při vyhmatání a penetraci žíly,
- žíly musí být bezesparé, vyrobeny ze samotěsnícího materiálu,
- hadičky (žíly) musí být umístěné po celé délce paže od oblasti loketní jamky až po hřbet ruky včetně,
- model musí mít mechanismus distribuce a natlakování umělé krve v hadičkách,
- musí být možnost dokupovat náhradní díly (kůže, žíly, krevní koncentrát),
- model musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- model musí být bez simulace sevřené pěsti,
- model musí být přenosný.

3. Náhradní kůže

- 20 identických ks náhradních kůží a žil kompatibilních s modelem AR 251 (Adam Rouilly).

4. Chirurgický obvazový simulátor

- 6 identických ks simulátorů pro nácvik:
 - převazů základních ran po různých operačních výkonech na odlišných částech těla,
 - péče o dekubity, drény a chirurgickou ránu po amputaci končetiny,
 - péče o různé typy stomií,
- povrchový materiál musí být odolný vůči aplikaci dezinfekce, včetně prostředků na zvýšení adheze krycího materiálu a náplastí,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný, max. velikost 76 x 43 cm.

5. Simulátory pro intramuskulární injekce – sada paže, stehno, hýždě

- 6 identických sad simulátorů (paže, stehno, hýždě) s integrovanou elektronikou, která zajistí zpětnou vazbu při nácviku technik intramuskulárních a subkutánních injekcí,
- simulátory musí mít rozměry odpovídající velikosti (paže, stehna, hýždí) průměrného dospělého člověka,

- simulátory musí být vyrobeny z dostatečně silných vrstev materiálů, aby zajistily realistický pocit při dotyku povrchu „kůže“, možnost rozlišení podkoží / sval, bezpečnost pro studenty při používání reálných jehel a injekčních stříkaček,
- simulátory musí poskytovat možnost vyhmatání stěžejních bodů na kostech a svalech pro bezpečnou aplikaci injekce,
- simulátory musí být omyvatelné a dezinfikovatelné,
- na simulátorech musí být možnost vyměnit kůži – prodloužení životnosti simulátoru,
- simulátory musí být přenosné.

6. Model pro cévkování ženy se zabudovaným softwarem

- 1 ks simulátoru pro nácvik jednorázového cévkování a zavedení permanentního močového katetru u ženy se zabudovaným softwarem,
- software je přímo navázaný na model a umožňuje pokročilé funkce jako AR (augmentovaná realita) pro zvýšení realističnosti výuky s reálným zobrazením modelu v prostoru, obsahuje kompletní didaktické materiály (v angličtině) včetně instruktážního videa a zobrazení vnitřní anatomie modelu týkající se katetrizace,
- software disponuje neomezeným počtem licencí pro připojení (Android, iOS),
- na simulátoru musí být všechny fyziologické otvory v oblasti genitálu (ústí močové trubice, pochva) a konečník,
- na simulátoru musí být realisticky vymodelována labia majora a labia minora z měkkého materiálu, který umožní správný úchop a držení labií, a tím odhalení ústí močové trubice,
- simulátor musí umožňovat zavedení katetru, včetně možnosti nafouknutí balonku katetru u permanentního cévkování,
- simulátor musí být možné naplnit vodou pro simulaci odtoku moči při správném zavedení katetru do močového měchýře,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný.
- Obsah požadované sady:
 - ženská pánev se stehny a vložkou pro katetrizaci,
 - znovupoužitelný katétr určený k tréninku aseptických technik,
 - stříkačka s lubrikantem pro simulaci lokálního anestetika,
 - nádrž na vodu a hadička pro přívod vody,
 - podložka pod model.

7. Model pro cévkování ženy

- 5 identických ks simulátorů pro nácvik jednorázového cévkování a zavedení permanentního močového katetru u ženy,
- simulátor musí být plně kompatibilní s položkou č. 6 (Model pro cévkování ženy se zabudovaným softwarem), musí být možnost vyměnit v tomto simulátoru použitou katetrizační jednotku, a tato musí být plně propojitelná se softwarem pro výuku techniky katetrizace,
- na simulátoru musí být všechny fyziologické otvory v oblasti genitálu (ústí močové trubice, pochva) a konečník,
- na simulátoru musí být realisticky vymodelována labia majora a labia minora z měkkého materiálu, který umožní správný úchop a držení labií, a tím odhalení ústí močové trubice,
- simulátor musí umožňovat zavedení katetru, včetně možnosti nafouknutí balonku katetru u permanentního cévkování,

- simulátor musí být možné naplnit vodou pro simulaci odtoku moči při správném zavedení katetru do močového měchýře,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný.
- Obsah požadované sady:
 - ženský model (vložka) pro katetrizaci,
 - znovupoužitelný katétr určený k tréninku aseptických technik,
 - stříkačka s lubrikantem pro simulaci lokálního anestetika,
 - nádrž na vodu a hadička pro přívod vody.

8. Model pro cévkování muže se zabudovaným softwarem

- 1 ks simulátoru pro nácvik jednorázového cévkování a zavedení permanentního močového katetru u muže se zabudovaným softwarem,
- software je přímo navázaný na model a umožňuje pokročilé funkce jako AR (augmentovaná realita) pro zvýšení realističnosti výuky s reálným zobrazením modelu v prostoru, obsahuje kompletní didaktické materiály (v angličtině) včetně instruktážního videa a zobrazení vnitřní anatomie modelu týkající se katetrizace,
- software disponuje neomezeným počtem licencí pro připojení (Android, iOS),
- na simulátoru musí být všechny fyziologické otvory: ústí močové trubice, konečník,
- na simulátoru musí být realisticky vymodelováno skrotum a penis s funkční předkožkou
- penis s předkožkou u modelu musí být vytvořeny z měkkého materiálu, který umožní nacvičit správný úchop, napolohování penisu a přetažení předkožky, a tím odhalení ústí močové trubice,
- simulátor musí umožňovat zavedení katetru, včetně možnosti nafouknutí balonku katetru u permanentního cévkování,
- simulátor musí být možné naplnit vodou pro simulaci odtoku moči při správném zavedení katetru do močového měchýře,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný.
- Obsah požadované sady:
 - mužská pánev se stehny a vložkou pro katetrizaci,
 - znovupoužitelný katétr určený k tréninku aseptických technik,
 - stříkačka s lubrikantem pro simulaci lokálního anestetika,
 - set vyměnitelných předkožek, minimálně 3 ks,
 - nádrž na vodu a hadička pro přívod vody,
 - podložka pod model.

9. Model pro cévkování muže

- 5 identických ks simulátorů pro nácvik jednorázového cévkování a zavedení permanentního močového katetru u muže,
- simulátor musí být plně kompatibilní s položkou č. 8 (Model pro cévkování muže se zabudovaným softwarem) viz výše, musí být možnost vyměnit v tomto simulátoru použitou katetrizační jednotku, a tato musí být plně propojitelná se softwarem pro výuku techniky katetrizace,
- na simulátoru musí být všechny fyziologické otvory: ústí močové trubice, konečník,
- na simulátoru musí být realisticky vymodelováno skrotum a penis s funkční předkožkou
- penis s předkožkou u modelu musí být vytvořeny z měkkého materiálu, který umožní nacvičit správný úchop, napolohování penisu a přetažení předkožky, a tím odhalení ústí močové trubice,

- simulátor musí umožňovat zavedení katetru, včetně možnosti nafouknutí balonku katetru u permanentního cévkování,
- simulátor musí být možné naplnit vodou pro simulaci odtoku moči při správném zavedení katetru do močového měchýře,
- simulátor musí být omyvatelný a dezinfikovatelný,
- simulátor musí být přenosný.
- Obsah požadované sady:
 - mužský model (vločka) pro katetrizaci,
 - znovupoužitelný katétr určený k tréninku aseptických technik,
 - stříkačka s lubrikantem pro simulaci lokálního anestetika,
 - set vyměnitelných předkožek, minimálně 3 ks,
 - nádrž na vodu a hadička pro přívod vody.

1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je **2.198.000,00 Kč bez DPH**.

1.5 Termíny plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení výběrového řízení.

Dodávka do místa plnění musí být provedena nejpozději do 15.10.2025 (předpoklad nabytí účinnosti kupní smlouvy 08/2025).

1.6 Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO), Teoretické ústavy (stará budova, přízemí, vpravo od vchodu), Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc, Česká republika.

1.7 Záruka za jakost a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců, dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky (nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika).

Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel se dále zavazuje k provádění bezplatného plného servisu dodaného zařízení a aktualizací software po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis dodaného zboží). Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny Dodavatele.

2. Obchodní podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedených závazných obchodních podmínkách pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(doplň Dodavatel)**. Znění ostatních

ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

3. Kvalifikace Dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci, v opačném případě bude vyloučen z výběrového řízení.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění

- a) základní způsobilosti,
- b) profesní způsobilosti.

3.1 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením **čestného prohlášení**, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

3.2 Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpisu z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán – doklad **nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení**.

4. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatel nebude provádět hodnocení, pokud by měl hodnotit nabídku jediného dodavatele.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace. Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH**.

Cena za předmět veřejné zakázky bude stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Doklady prokazující nabídkovou cenu:

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy (příloha č. 3 této Výzvy),
- uvedením nabídkové ceny v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy).

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.

6. Podání nabídek

6.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **19. 08. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005704>.

6.2 Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

7 Požadavky na osobu Dodavatele

7.1 Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:

Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

7.2 Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení ani není jinak sankcionovanou osobou. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

8. Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

9. Obsah a forma nabídky

9.1 Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této Výzvy);
- doklady k prokázání splnění kvalifikace Dodavatele;
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy);
- technická specifikace nabízeného plnění včetně konkrétního označení nabízeného zboží;
- podrobná kalkulace nabídkové ceny;
- čestné prohlášení Dodavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Výzvy).

9.2 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel takového Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce (technická specifikace nabízeného zboží může být v anglickém jazyce).

10 Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o výběru Dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

V těchto případech se výše uvedená oznámení považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. Oznámení nebudou zasílána poštou.

11 Poskytnutí Výzvy k podání nabídek

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>.

12. Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost musí být podána písemně v českém nebo slovenském jazyce a musí být Zadavateli doručena alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne obdržení žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel poskytne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

13. Ostatní podmínky

13.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky,
- ověřit údaje v nabídce,
- odmítnout všechny nabídky,
- zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu,
- nepodstatnou měrou snížit rozsah plnění veřejné zakázky bez udání důvodu.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení dle Zákona. Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je Dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu Dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména



Zákona. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

13.2 Přílohy

Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení Dodavatele

Příloha č. 3 Závazné obchodní podmínky

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci dne

07. 08. 2025

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Rektorát
Křížkovského 6, 779 00 Olomouc

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci