



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 119/PJ/OVZ/2025

dne: 20.08. 2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL - Laminární boxy**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-044965**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Požadujete celonerezový vnitřní prostor (odolný proti dezinfekčním prostředkům a chemikáliím).

Je možné nabídnout laminární box s vnitřním povrchem zadní stěny a bočních stěn s vysoce odolným epoxy nátěrem, odolným dezinfekčním prostředkům a chemikáliím? Pracovní plocha a vana pod pracovní plochou je vyrobena z nerezové oceli.

Na základě zkušeností s dodanými boxy v této konfiguraci se domníváme, že můžeme nabídnout funkčně ekvivalentní zařízení.

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu zadavatel upravuje textaci v čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

Požadavek:

- o Celonerezový vnitřní prostor (odolný proti dezinfekčním prostředkům a chemikáliím).

se nahrazuje textem:

- o Pracovní plocha z nerezové oceli, zbytek vnitřních prostor z materiálů odolných proti dezinfekčním prostředkům a chemikáliím.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci předmětu veřejné zakázky je požadováno „Příslušenství - UV lampa na čelním vkládacím panelu, s časovačem“

Je přípustné nabídnout laminární box třídy II včetně příslušenství - UV lampa s časovačem připevněná na zadní stěně boxu? Při manipulaci s UV lampou na čelním vkládacím panelu hrozí nebezpečí jejího poškození.

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu zadavatel upravuje textaci v čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

Požadavek:

- UV lampa na čelním vkládacím panelu, s časovačem.

se nahrazuje textem:

- UV lampa s časovačem připevněná k laminárnímu boxu pro ošetření jeho pracovní plochy

Zadavatel v souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **15. 09. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005672>.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky