



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 123/PJ/OVZ/2025

dne: 05.09. 2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL - Kultivační komory pro pěstování rostlin**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-046226**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci předmětu veřejné zakázky – Kultivační komora č. 2 (menší) je požadováno:

„... celá kultivační komora musí být vybavena systémem řízení vlhkosti,..“ a „Box musí obsahovat systém dehumifikace a systém proudění vzduchu v úrovni polic zabraňující rosení misek“

Je přípustné nabídnout kultivační komory bez zvyšování vlhkosti, vybavené systémem dehumifikace (snižování vlhkosti) a systémem proudění vzduchu v úrovni polic zabraňující rosení misek?

Bude pro uživatele přípustná dodací lhůta max. 16 týdnů od nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy?

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu zadavatel upravuje textaci v čl. 2.2. zadávací dokumentace takto:

- a) Požadavek v první odrážce uvedený pro **Kultivační komora č. 2. (menší) – 2ks:**
o ...a celá kultivační komora musí být vybavena systémem řízení vlhkosti a simulace stmívání a rozednívání s plynulou regulací.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

se nahrazuje textem:

o ...a celá kultivační komora musí být vybavena systémem simulace stmívání a rozednívání s plynulou regulací

b) Požadavek uvedený pro **Kultivační komora č. 2. (menší) – 2ks:**

- Teplotní rozsah při vypnutém osvětlení: +12 °C až +35 °C při zapnutém osvětlení: +15 °C až +35 °C s možností programování dne a noci. Box musí obsahovat systém dehumifikace a systém proudění vzduchu v úrovni polic zabraňující rosení misek.

se nahrazuje textem:

- Teplotní rozsah při vypnutém osvětlení: +12 °C až +35 °C při zapnutém osvětlení: +15 °C až +35 °C s možností programování dne a noci. Box musí obsahovat systém dehumifikace (snižování vlhkosti) a systém proudění vzduchu v úrovni polic zabraňující rosení misek.

c) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro dodání zboží uvedenou v čl. 2.5. zadávací dokumentace a v čl. II. odst. 1 závazných obchodních podmínek uvedených v příloze č. 3 Dokumentace, a nahrazuje se z 10 týdnů na 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zadavatel v souladu se Zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **25.09. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005671>.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky